




*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu* 

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 38 /2015

Bolesławiec, dnia 19 maja 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych w zakresie bakteriologii, koagulologii, immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów. Znak sprawy: 3/bakteriologia – koagulologia - immunochemia/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 6 poz. 5. Załącznik 2 do SIWZ

Proszę o wskazanie zakresu stężeń antybiotyku: Penicilin G P 0,002-32 lub Penicilin G P 0,16-256.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje że zakres stężenia antybiotyku wynosi Penicilin G P 0,16-256.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 8 poz. 4. Załącznik 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 2 odrębnych testów C.difficile toksyna A i B oraz C.difficile GDH?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w w/w zakresie udzielił już odpowiedzi w piśmie z dnia 19 maja 2015r., znak: ZOZ/NZP/37/2015 (odp. na pyt nr 1).

Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 12. poz. 5. Załącznik 2A1 do SIWZ

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 12 w Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych pkt. 5 dopuści aparat 96 miejscowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu 96 miejscowego.

Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 12. poz. 7, 9, 10. Załącznik 2A1 do SIWZ

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 12 w Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych pkt. 7, 9, 10 dopuści do pozytywnej oceny jakościowej zastosowany w butelkach producenta system rozcieńczeń, zapewniający neutralizację antybiotyków oraz białych krwinek?

Oferowane pożywki w butelkach zapewniają możliwie największy stopień rozcieńczenia (dziewięćset krotny stopień rozcieńczenia w przypadku minimalnej objętości próbki) oraz zwalidowane są dla pacjentów poddanych antybiotykoterapii.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



U pozostałych producentów ta metoda nie zadziała, ponieważ stosunek objętości próbki krwi do objętości pożywki jest zbyt niski i muszą być zastosowane inhibitory w butelkach.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zadaniu nr 12 w poz. 7, 9, 10 zastosowany w butelkach producenta system rozcieńczeń, zapewniający neutralizację antybiotyków oraz białych krwinek, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów punktu 7, 9, 10 (załącznika 2A1) oraz punktu 6.4.2. SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk