




*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu* 

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 39 /2015

Bolesławiec, dnia 19 maja 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych w zakresie bakteriologii, koagulologii, immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów. Znak sprawy: 3/bakteriologia – koagulologia - immunochemia/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 14, l.p. 3, Załącznik 2C1 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści możliwość oznaczeń parametrów wykrzepialnych za pomocą metody wiskozymetrycznej? Oferowany w naszych aparatach wiskozymetryczna metoda oznaczeń parametrów wykrzepialnych jest szeroko rozpropagowana na rynku zarówno w laboratoriach rutynowych jak i specjalistycznych oraz jako jedyna na rynku jest w pełni niezależna od interferencji hemoglobiny, trój glicerydów oraz ikterii na wynik oznaczeń parametrów wykrzepialnych.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania oznaczeń parametrów wykrzepialnych za pomocą metody wiskozymetrycznej.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 14, l.p. 4, Załącznik 2C1 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat wykonujący ok. 100 różnych testów na godzinę? Ponieważ sytuacja, w której aparat miałby wykonywać same testy PT w laboratorium jest nienaturalna i niespotykana, dlatego oferowany przez nas opis wydajności analizatora bardziej przystaje do realnych warunków laboratoryjnych i lepiej obrazuje jego szybkość pracy.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu wykonującego nie mniej niż 100 różnych testów na godzinę.

Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 14, l.p. 10, Załącznik 2C1 do SIWZ

Czy Zamawiający wymaga co najmniej 12 chłodzonych pozycji odczynnikowych?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający wymaga co najmniej 12 chłodzonych pozycji odczynnikowych.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 14, l.p. 25, Załącznik 2C1 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści możliwość obsługi analizatora za pomocą klawiatury, bez możliwości obsługi za pomocą ekranu dotykowego?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora z obsługą za pomocą klawiatury, bez możliwości obsługi za pomocą ekranu dotykowego.

Pyt. nr 5. Dotyczy parametry techniczne przedmiotu zamówienia, Zadania nr 14, l.p. 4, Załącznik 2C1 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się, aby przyznać maksymalną ilość punktów w przypadku udowodnionego braku potrzeby analizy krzywej reakcji oznaczeń parametrów wykrzepialnych?

Oferowana przez nas metoda wiskozymetr ii jest niezależna od interferencji hemoglobiny, trój glicerydów i likterii, dlatego nie ma typowych czynników interferujących które mogły by zakłócić jej przebieg. Tym samym ocena poprawności przebiegu reakcji dla metody wiskozymetrycznej nie ma najmniejszego sensu. Podgląd krzywej reakcji jest wymagany w przypadku podejrzeń interferencji w oznaczeniach metodami optycznymi, dlatego też nasz analizator posiada funkcje podglądu krzywej reakcji dla oznaczeń optycznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację punktu 4, zadania nr 14 (załącznik nr 2C1 do SIWZ) w Parametrach ocenianych przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia). Zamawiający nie zgadza się przyznać maksymalnej ilości punktów w przypadku udowodnionego braku potrzeby analizy krzywej reakcji oznaczeń parametrów wykrzepialnych.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk