




*Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu* 

*Sekcja Zamówień Publicznych*

*„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

ZOZ/NZP / 69 /2015

Bolesławiec, dnia 3 lipca 2015r.

*Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników i testów laboratoryjnych oraz elektroforezy z dzierżawą zestawu. Znak sprawy: 4/drobny sprzęt laboratoryjny/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO**

**Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 16 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści test o czułości 25 mIU/ml hCG w moczu i 10mIU/ml w surowicy i osoczy?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testu o czułości 25 mIU/ml hCG w moczu i 10mIU/ml w surowicy i osoczy.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

  
*Adam Zdaniuk*

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 02 01  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>

