




*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu* 

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 197 / 2015

Bolesławiec, dnia 23 września 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3 pkt. 12 (Kardiomonitor)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów? Taka funkcja jest nie do końca dokładna, ponieważ jedynie przy manualnych ustawieniach jest pewność, że granice zostaną odpowiednio dopasowane, co jedynie w tym wypadku prowadzi do poprawnej analizy pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitora bez automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3 pkt. 3 – parametry oceniane (Kardiomonitor)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z ciągłym zapisem w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych oraz trendów graficznych – 3 odprowadzenia EKG, krzywa oddechu, saturacji) z 96 godz.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, zgodnie z zapisami SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), że zaoferowany respirator m.in. musi posiadać minimum 72 godzinny ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i krzywych dynamicznych - min. 3 odprowadzenia EKG, krzywa oddechu, saturacji). Kardiomonitor, który będzie posiadał mniejszy lub równy 96 godzinny ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i krzywych dynamicznych - min. 3 odprowadzenia EKG, krzywa oddechu, saturacji) uzyska 1 punkt. Inny zaoferowany kardiomonitor, który będzie spełniać wymogi oceniane przez Zamawiającego w granicach od minimum 72 godzin w z wyżej ciągłego zapisu w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i krzywych dynamicznych - min. 3 odprowadzenia EKG, krzywa oddechu, saturacji) uzyska 0 punktów. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



przypadku, gdy zaofertowany kardiomonitor, nie będzie spełniać minimalnych wymogów ocenianych przez Zamawiającego - czyli każdy kardiomonitor który posiada mniejszy niż 72 godzinny ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i krzywych dynamicznych - min. 3 odprowadzenia EKG, krzywa oddechu, saturacji).

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 6 pkt. 9 (Respirator)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza? Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na wykorzystanie respiratora na różnych oddziałach szpitalnych oraz w transporcie wewnątrzszpitalnym dzięki możliwości pobierania powietrza z otoczenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaofertowania respiratora z wbudowaną wysoko wydajną turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 6 pkt. 25 (Respirator)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator, który w zamian za tryb PPS, PAV oferuje Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążący do nastawionej wentylacji minutowej MMV. Jest to tryb co najmniej równoważny do wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaofertowania wysokiej klasy respiratora, który w zamian za tryb PPS, PAV oferuje Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążący do nastawionej wentylacji minutowej MMV.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 6 pkt. 26 (Respirator)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nie posiadający trybu VSV, w zamian za to respirator posiada bardzo zaawansowany tryb odzwyyczajania DualVent. Polega on na możliwości ustawienia dwóch niezależnych od siebie trybów jeden wymuszony oraz drugi wspomagany, które się zmieniają między sobą w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaofertowania respiratora, który nie posiada trybu VSV.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 6 pkt. 35 (Respirator)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający zakres CPAP/PEEP 0 – 30 cmH₂O? Patrząc na fizjologię człowieka, taki zakres Ciśnienia PEEP/CPAP jest całkowicie wystarczający do poprawnej wentylacji pacjentów.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaofertowania respiratora, który posiada zakres CPAP/PEEP 0 – 30 cmH₂O.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 6 pkt. 57, 58 (Respirator)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej 13,3''? Taka przekątna oraz ekran wysokiej rozdzielczości pozwolą personelowi w dokładny oraz czytelny sposób zobrazować stan zdrowotny pacjenta. Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaofertowania wysokiej klasy respiratora w poz. 57, który posiada kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej 13,3''.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 6 pkt. 77 (Respirator)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z automatyczną kompensacją przecieków na stałe włączoną w trybach inwazyjnych oraz nieinwazyjnych, zamiast możliwości jej włączenia? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaofertowania wysokiej klasy respiratora z automatyczną kompensacją przecieków na stałe włączoną w trybach inwazyjnych oraz nieinwazyjnych, zamiast możliwości jej włączenia.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 6 pkt. 83 (Respirator)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga wydechowego filtra przeciwbakteryjnego z pojemnikiem na skropliny? W zamian oferujemy 2 dodatkowe filtry wdechowe przeciwbakteryjne.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wysokiej klasy respiratora, który ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga wydechowego filtra przeciwbakteryjnego z pojemnikiem na skropliny. W zamian Wykonawca oferuje 2 dodatkowe filtry wdechowe przeciwbakteryjne.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk