




*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu* 

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 237 /2015

Bolesławiec, dnia 3 listopada 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 11/sprzet medyczny/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 2 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor zakres pomiaru pulsu obwodowego 25 – 255 bpm?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kardiomonitora z zakresem pomiaru pulsu obwodowego 25 – 255 bpm.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu automatycznego ustawiania granic alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów w odniesieniu do stanu monitorowanego pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu automatycznego ustawiania granic alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów w odniesieniu do stanu monitorowanego pacjenta.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor bez możliwości jednoczesnego wyświetlania min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kardiomonitora bez możliwości jednoczesnego wyświetlania min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 3 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z funkcją nadzoru bezdechu 10-60s?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora z funkcją nadzoru bezdechu 10-60s.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 3 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor bez możliwości wyboru elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora bez możliwości wyboru elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 3 poz. 3 - Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z zdarzeniami alarmowymi dla 128 grup alarmów?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora z zdarzeniami alarmowymi dla 128 grup alarmów.

Z poważaniem

z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
Radosław Jabłoński