



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^Q

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/351/2016

Bolesławiec, dnia 15 listopada 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa fabrycznie nowego ambulansu z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego.

Znak sprawy: 15/karetka oraz sprzęt medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy krzeselka kardiologicznego. Zadanie nr 1 poz. 199

W związku z opisanymi parametrami krzeselka kardiologicznego i opisania wagi krzeselka jako max 10 kg, pytamy czy nie doszło do pomyłki pisarskiej i prawidłowa wartość powinna wynosić max 14 kg? Wyjaśniamy, że typowa waga zwykłego krzeselka kardiologicznego czterokołowego wynosi ok. 10 kg, natomiast w przypadku krzeselek kardiologicznych płozowych waga ta jest wyższa i wynosi ok. 14 kg.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przez omyłkę wpisał wagę krzeselka jako max 10kg. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w pozycji nr 199 w zadaniu nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ), która otrzymuje brzmienie: „Waga krzeselka max 14 kg.”

Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do dokonania stosownej poprawki w pozycji nr 199 w zadaniu nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ).

Pyt. nr 2. Dotyczy torbo-plecaka medycznego z ampularium. Zadanie nr 1 poz. 283.

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o rezygnację z wymogu Certyfikat – deklaracja CE z uwagi, że plecaki, torby nie są traktowane jako wyroby medyczne.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje wykreślenia pozycji 283 z zadania nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ).

Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do wykreślenia pozycji nr 283 w zadaniu nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ).

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Pyt. nr 3. Dotyczy pojemnika reinplantacyjnego. Zadanie nr 1 poz. 413

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o rezygnację z wymogu Certyfikat – deklaracja CE z uwagi, że pojemniki reinplantacyjne nie są traktowane jako wyroby medyczne.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje wykreślenia pozycji 413 z zadania nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ).

Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do wykreślenia pozycji nr 413 w zadaniu nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ).

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk