



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^(A)*

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/41/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta, transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzęt medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 15, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG o wymiarach 260x220x52 mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu EKG o wymiarach 260x220x52 mm., pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 15, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat o wadze 1,3 kg ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o wadze 1,3 kg., pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 15, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat z akumulatorem 7,4 V ; 2,2 Ah z czasem ładowania <4 godzin ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza aparatu z akumulatorem 7,4 V ; 2,2 Ah z czasem ładowania <4 godzin.

Z poważaniem

DYREKTOR



Adam Zdaniuk