



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^(A)*

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/43/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta, transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzet medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 1, poz. 109

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor do aparatu do znieczulania umożliwiający jednoczesną prezentację 2 wartości temperatury: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej wraz z różnicą temperatur?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kardiomonitora do aparatu do znieczulania umożliwiającego jednoczesną prezentację 2 wartości temperatury: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej wraz z różnicą temperatur, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 8, poz. 91

Czy Zamawiający dopuści respirator z alarmami: załamania drenów oddechowych, wysokiego ciśnienia fazy wdechu, wysokiego PEEP/CPAP bez wydzielonego alarmu zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora z alarmami: załamania drenów oddechowych, wysokiego ciśnienia fazy wdechu, wysokiego PEEP/CPAP bez wydzielonego alarmu zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 9, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator transportowy wysokiej klasy z zasilaniem w tlen w zakresie 2,7 do 6,0 bar?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora transportowego wysokiej klasy z zasilaniem w tlen w zakresie 2,7 do 6,0 bar, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR



Adam Zdaniuk