



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/50/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta, transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzet medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3, poz. 15 i 65

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitorzy zabezpieczone przed działaniami płynów o klasie IPX1, przy czym dotyczącej całego urządzenia a nie tylko panelu przedniego i ekranu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kardiomonitorów zabezpieczonych przed działaniami płynów o klasie IPX1, przy czym dotyczącej całego urządzenia a nie tylko panelu przedniego i ekranu, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3, poz. 49

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitorzy wyposażone w moduły z pomiarem kapnografii w strumieniu bocznym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitorów wyposażonych w moduły z pomiarem kapnografii w strumieniu bocznym.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 3, poz. 50

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitorzy z zakresem pomiaru CO₂ od 0 do 99 mmHg?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kardiomonitorów z zakresem pomiaru CO₂ od 0 do 99 mmHg,, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 21, poz. 12

Czy zamawiający dopuści monitor z metodą pomiaru ciśnienia w trakcie deflacji, co jest rozwiązaniem równie skutecznym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitora z metodą pomiaru ciśnienia w trakcie deflacji, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 21, poz. 13

Czy zamawiający dopuści monitor z jednokanałowym przewodem NIBP, co jest nowoczesnym standardem stosowanym w wielu urządzeniach mierzących NIBP?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza monitora z jednokanałowym przewodem NIBP.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 21, poz. 14

Czy zamawiający dopuści monitor z maksymalnym czasem pomiaru NIBP nie dłuższym niż 180 sekund bez określenia typowego czasu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza monitora z maksymalnym czasem pomiaru NIBP nie dłuższym niż 180 sekund bez określenia typowego czasu.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 21, poz. 16

Czy zamawiający dopuści monitor z zakresem pomiaru ciśnienia skurczowego od 40 do 270 mmHg?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitora z zakresem pomiaru ciśnienia skurczowego od 40 do 270 mmHg., pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 21, poz. 17

Czy zamawiający dopuści monitor z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego od 10 do 210 mmHg?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitora z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego od 10 do 210 mmHg., pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 21, poz. 18

Czy zamawiający dopuści monitor z zakresem pomiaru tętna od 40 do 240 uderzeń/minutę z zachowaniem wymaganej dokładności?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitora z zakresem pomiaru tętna od 40 do 240 uderzeń/minutę z zachowaniem wymaganej dokładności, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 21, poz. 36

Czy zamawiający dopuści monitor z zakresem pomiaru temperatury od 32 do 42,2 °C?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza monitora z zakresem pomiaru temperatury od 32 do 42,2 °C.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk