



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^(A)*

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/51/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta, transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzet medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 7, poz. 7, 8, 19

Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano bronchofiberoskop ze zintegrowanym na stałe złączem zaworu ssania?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza bronchofiberoskopu ze zintegrowanym na stałe złączem zaworu ssania.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 7, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano bronchofiberoskop z następującymi stopniami wygięcia końcówki: w górę 160 stopni, w dół 130 stopni, regulowane przy pomocy dźwigni znajdującej się w części proksymalnej fiberoskopu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza bronchofiberoskopu z następującymi stopniami wygięcia końcówki: w górę 160 stopni, w dół 130 stopni, regulowanych przy pomocy dźwigni znajdującej się w części proksymalnej fiberoskopu.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 7, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zapis: Kąt pola widzenia min. 95°

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania bronchofiberoskopu posiadającego kąt pola widzenia min. 95°, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 7, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica kanału roboczego min.: 2,55 mm

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania bronchofiberoskopu posiadającego średnicę kanału roboczego min.: 2,55 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 7, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zapis: Możliwość sterylizacji w min. EtO lub Sterrad

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania bronchofiberoskopu z możliwością sterylizacji w min. EtO lub Sterrad.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 7, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zapis:

W zestawie:

- test szczelności
- szczoteczka do kanału roboczego
- zawór ssący jednorazowy (20 szt.) w przypadku zaferowania bronchofiberoskopu z wymiennymi zaworami ssania
- ustnik zabezpieczający przed przegryzieniem bronchofiberoskopu (1 szt.)
- zawór kanału roboczego z mocowaniem LUER-Lock w przypadku zaferowania bronchofiberoskopu z wymiennymi zaworami kanału roboczego oraz zatyczką (20 szt.)
- kleszcze biopsyjne, bransze miseczkowe okrągłe, obie ruchome śr. 1,8 mm, dł. 120 cm (2 szt.)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga bronchofiberoskopu z wymiennymi zaworami ssania, w związku z tym powyższy zapis jest taki sam jak w SIWZ.

Pyt. nr 7. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% oraz z 1% do 0,5% ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 10 ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: „opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwa nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości brutto umowy za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 10 pkt. 1 ppkt. c).”

Pyt. nr 8. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2 oraz z 1% do 0,5% ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 10 ust. 1b, który otrzymuje brzmienie: „za opóźnienie w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,2% od wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwa nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości brutto umowy za każdy następny dzień opóźnienia.”

Pyt. nr 9. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 2% ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §10 ust.1c.

Pyt. nr 10. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 2% ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 10 ust. 2.

Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 7, poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas, po przekroczeniu którego gwarancja przedłuża się o czas przerwy wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody aby czas, po przekroczeniu którego gwarancja przedłuża się o czas przerwy wynosił 5 dni roboczych.

Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 7, poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dostępności części zamiennych do 8 lat, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk