



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/54/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta, transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzet medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 12 poz. 58

Czy Zamawiający dopuści w możliwościach rozbudowy głowicę endokawitarną szerokopasmową o zakresie częstotliwości emitowanych od 4 MHz do 10 Mhz. Różnica 1 MHz nie ma istotnego wpływu na jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych. Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania głowicy endokawitarnej szerokopasmowej o zakresie częstotliwości emitowanych od 4 MHz do 10 Mhz., pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 12 poz. 56

Czy Zamawiający dopuści w możliwościach rozbudowy głowicę Liniową wysokiej częstotliwości ,szerokopasmowa o zakresie częstotliwości od 5 MHz do 18 Mhz. Różnica 1 MHz nie ma istotnego wpływu na jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych. Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania głowicy Liniowej wysokiej częstotliwości ,szerokopasmowej o zakresie częstotliwości od 5 MHz do 18 Mhz., pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk