



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/55/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta, transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzęt medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 12 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta z panelem sterowania umieszczonym na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach oraz obrót w zakresie +/- 45°?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza aparatu USG z panelem sterowania umieszczonym na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach oraz obrót w zakresie +/- 45°.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 12 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta o konstrukcji z 2015 roku wyposażony w Dopplera pulsacyjnego (PWD) umożliwiający rejestrowanie prędkości w zakresie od -7,65 m/s do 0 i od 0 do +7,65 m/s (przy zerowym kącie bramki) oraz Dopplera fali ciągłej umożliwiającego rejestrowanie i wyświetlanie prędkości w zakresie od -15,92 m/s do 0 i od 0 do +15,92 m/s (przy zerowym kącie bramki)?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza aparatu USG o konstrukcji z 2015 roku wyposażonego w Dopplera pulsacyjnego (PWD) umożliwiającego rejestrowanie prędkości w zakresie od -7,65 m/s do 0 i od 0 do +7,65 m/s (przy zerowym kącie bramki) oraz Dopplera fali ciągłej umożliwiającego rejestrowanie i wyświetlanie prędkości w zakresie od -15,92 m/s do 0 i od 0 do +15,92 m/s (przy zerowym kącie bramki).

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 11,6 cali z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne? Dla diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza aparatu USG z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 11,6 cali z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 13 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta z menu w języku angielskim?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza aparatu USG z menu w języku angielskim.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk