



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/63/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

### *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta, transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzet medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 11 poz. 37**

Czy Zamawiający zrezygnuje z tej funkcjonalności i dopuści zaoferowanie aparatu bez wirtualnej kolimacji na zewnętrznym obrazie?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu bez wirtualnej kolimacji na zewnętrznym obrazie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 11 poz. 39**

Czy Zamawiający dopuści aparat o głębokości akwizycji 8 bit?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza aparatu o głębokości akwizycji 8 bit.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 11 poz. 40**

Czy w punkcie 40 nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli zapis: „Akwizycja obrazów min. 5 klatek/s” ?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w zadaniu nr 11 w poz. nr 40 w kolumnie „Parametr graniczny / warunek graniczny”, który otrzymuje brzmienie „Akwizycja obrazów min. 5 klatek /s”

Jednocześnie Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do naniesienia stosownych poprawek zgodnie z powyższym opisem.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

  
*Adam Zdaniuk*