



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/66/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

### *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta, transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzęt medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3 poz. 4, 54**

Czy Zamawiający dopuści również urządzenia fabrycznie nowe, nigdy nie używane, wyprodukowane w grudniu 2016r?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia fabrycznie nowego, nigdy nie używanego, wyprodukowanego w grudniu 2016r.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o możliwość pomiaru wymienionych parametrów w ramach modułów lub urządzeń zewnętrznych?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozbudowy o możliwość pomiaru wymienionych parametrów w ramach modułów, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu



**Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 3 poz. 12, 62**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem o rozdzielczości 1024x768 pikseli?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z ekranem o rozdzielczości 1024x768 pikseli.

**Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 3 poz. 15, 65**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie które w całości (nie tylko jego panel przedni i ekran) spełnia normę ochrony IPX1 a jego transportowy moduł pomiarowy w całości (nie tylko jego panel przedni i ekran) w całości IP44?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia które w całości (nie tylko jego panel przedni i ekran) spełnia normę ochrony IPX1 a jego transportowy moduł pomiarowy w całości (nie tylko jego panel przedni i ekran) IP44, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 3 poz. 25, 75**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na wybór jednego z 5 predefiniowanych ustawień konfiguracji ekranu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pozwalającego na wybór jednego z 5 predefiniowanych ustawień konfiguracji ekranu.

**Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 3 poz. 30, 80**

Czy ze względów bezpieczeństwa Zamawiający dopuści urządzenia pozwalającego na wyłączanie alarmów arytmii jedynie dla zaburzeń rytmu nie sklasyfikowanych jako śmiertelne w sytuacji kiedy urządzenie pozwala na monitorowanie większej niż 25 ilości arytmii?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pozwalającego na wyłączanie alarmów arytmii jedynie dla zaburzeń rytmu nie sklasyfikowanych jako śmiertelne w sytuacji kiedy urządzenie pozwala na monitorowanie większej niż 25 ilości arytmii.

**Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 3 poz. 32, 33, 82, 83**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na monitorowanie odcinków ST dla wszystkich monitorowanych odprowadzeń oraz prezentację ich wartości w czasie rzeczywistym w postaci czytelnej tabeli?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia pozwalającego na monitorowanie odcinków ST dla wszystkich monitorowanych odprowadzeń oraz prezentację ich wartości w czasie rzeczywistym w postaci czytelnej tabeli, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 3 poz. 37, 87**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na pomiar respiracji z dokładnością  $\pm 2$  odd/min w zakresie od 6-120odd/min?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pozwalającego na pomiar respiracji z dokładnością  $\pm 2$  odd/min w zakresie od 6-120odd/min.

**Pyt. nr 9 Dotyczy zadania nr 3 poz. 40, 90**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na monitorowanie SpO2 za pomocą technologii własnej producenta monitora o dokładności zbliżonej do technologii Masimo (potwierdzonej badaniami) jeżeli dokładność w przypadku monitorowania dorosłych (opisana w pkt. 38) będzie lepsza od wymaganej i będzie wynosić  $\pm 2\%$ ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pozwalającego na monitorowanie SpO2 za pomocą technologii własnej producenta monitora o dokładności zbliżonej do technologii Masimo (potwierdzonej badaniami).

**Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 3 poz. 41, 43, 91, 94**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w funkcję stazy w ramach pomiaru NIBP oraz pozwalający na programowanie odstępów czasowych między pomiarami (bez programowania sekwencji) w trybie AUTO?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia nie wyposażonego w funkcję stazy w ramach pomiaru NIBP.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia pozwalającego na programowanie odstępów czasowych między pomiarami (bez programowania sekwencji) w trybie AUTO, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 3 poz. 46**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na monitorowanie ciśnienia IBP w zakresie -50 do 300mmHg?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia pozwalającego na monitorowanie ciśnienia IBP w zakresie -50 do 300mmHg, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 3 poz. 49**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na monitorowanie CO<sub>2</sub> jedynie w strumieniu bocznym jeżeli jego zakres pomiarowy EtCO<sub>2</sub> / FiCO<sub>2</sub> będzie szerszy: od 0 do 150mmHg?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pozwalającego na monitorowanie CO<sub>2</sub> jedynie w strumieniu bocznym jeżeli jego zakres pomiarowy EtCO<sub>2</sub> / FiCO<sub>2</sub> będzie szerszy: od 0 do 150mmHg.

**Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 3 poz. 60**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na rozbudowę o pomiar CO<sub>2</sub> w strumieniu bocznym lub w strumieniu głównym?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pozwalającego na rozbudowę o pomiar CO<sub>2</sub> w strumieniu bocznym lub w strumieniu głównym.

**Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 3 poz. 112**

Czy ze względów bezpieczeństwa Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na wyłączanie alarmów arytmii jedynie dla zaburzeń rytmu nie sklasyfikowanych jako śmiertelne?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pozwalającego na wyłączanie alarmów arytmii jedynie dla zaburzeń rytmu nie sklasyfikowanych jako śmiertelne.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

  
*Adam Zdaniuk*