



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/160/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet, polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy \square 125 cm H₂O, chłonność w strefie krytycznej 370%. Na opakowaniu zbiorczym brak kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet, polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20 x 50 cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy \square 125 cm H₂O, chłonność w strefie krytycznej 370%. Na opakowaniu zbiorczym brak kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)
1 serweta na stolik Mayo Lite 80 cm x 145 cm, zielona
1 osłona ortopedyczna (elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm
1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 serweta chirurgiczna na kończynę 200 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm umieszczonym centralnie
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O, chłonność w strefie krytycznej 340%. Na opakowaniu zbiorczym brak kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm
2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm
1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm, z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O, chłonność w strefie krytycznej 340%. Na opakowaniu zbiorczym brak kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, zielona

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm w pozycji prostej pacjenta, z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm, z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

1 kieszka na narzędzia pakowana osobno

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy □ 125 cm H₂O, chłonność w strefie krytycznej 370%. Na opakowaniu zbiorczym brak kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy □ 125 cm H₂O, chłonność w strefie krytycznej 370%. Na opakowaniu zbiorczym brak kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 7. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem U wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy □ 125 cm H₂O, chłonność w strefie krytycznej 370%. Na opakowaniu zbiorczym brak kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 8. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów chirurgicznych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej (42 g/m²) i na rękawach (40,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania fartuchów chirurgicznych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej (42 g/m²) i na rękawach (40,5 g/m²), pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 9. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, (warstwa chłonna- 75 x 190 cm, łączna gramatura powyżej 70 g/m²)

4 ręczniki 30 cm x 40 cm, ze wzmocnionej włókniny celulozowej o gramaturze 60 g/m²

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym (warstwa chłonna- 75 x 90 cm, łączna gramatura powyżej 80 g/m²), zielona, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny, o gramaturze 60 g/m²

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm, Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie, z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

1 taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 cm pakowana osobno

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 10. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm

1 ręcznik 30 cm x 20 cm

1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE

Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grubości 20 µm i włókniny polipropylenowej spunbond o gramaturze 30 g/m²), odporność na przenikanie cieczy 80 cm H₂O.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk