



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/166/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania 2, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści igłę j. u. do nakłuc lędźwiowych w rozmiarze 0,9 x 88mm zamiast 0,9 x 90mm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania igły j. u. do nakłuc lędźwiowych w rozmiarze 0,9 x 88mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania 2, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. do nakłuc lędźwiowych w rozmiarze 1,3 x 88mm zamiast 1,2-1,25x90mm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania igły j.u. do nakłuc lędźwiowych w rozmiarze 1,3 x 88mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania 2, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typu IS, bez łącznika do dodatkowej iniekcji?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych typu IS, bez łącznika do dodatkowej iniekcji, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu



**Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania 2, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typu IS bursztynowy lub czarny, bez łącznika do dodatkowej iniekcji?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych typu IS bursztynowego lub czarnego, bez łącznika do dodatkowej iniekcji, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania 2, poz. 20**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo – cenowym, tzn. zamiast 2300 opakowań po 100 sztuk, 2875 opakowań po 80 sztuk?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie 80 sztuk, pod warunkiem jednoczesnego przeliczenia ilości zamawianych opakowań w Formularzu cenowym, w kolumnie nr 4 „ILOŚĆ”, na 2875 opakowań po 80 sztuk.

**Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania 2, poz. 24**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie 50 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo – cenowym?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie w poz. 24 w Zadaniu nr 2. Zamawiający zgodnie z Formularzem cenowym w pozycji 24 w zadaniu nr 2 wymaga dokonania wyceny w sztukach. Mając powyższe na uwadze w kolumnie nr 5 „cena netto” Formularza cenowego w zadaniu nr 2 w poz. 24, należy podać cenę za 1 szt.

**Pyt. nr 7. Dotyczy Zadania 3, poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne wykonane z PTFE tzn. podwójnie oczyszczonego teflonu? Zarówno PTFE jak i FEP to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaniuli bezpiecznych z PTFE tzn. podwójnie oczyszczonego teflonu, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 8. Dotyczy Zadania 3, poz. 1-4**

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza kaniule tylko z teflonu lub poliuretanu, do wyboru przez wykonawcę, którą kaniule proponuje zamawiającemu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga kaniul wykonanych z teflonu.

**Pyt. nr 9. Dotyczy Zadania 3, poz. 5-9**

Czy Zamawiający dopuszcza kaniule, które posiadają 4 paski kontrastujące w RTG? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaniuli, które posiadają 4 paski kontrastujące w RTG, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 10. Dotyczy Zadania 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie min. 130 ml/min zamiast min. 140ml/min? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza kaniuli o przepływie min. 130 ml/min.

**Pyt. nr 11. Dotyczy Zadania 3, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,2 x 45mm zamiast 18G 1,3 x 45? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaniuli 18G 1,2 x 45mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 12. Dotyczy Zadania 3, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 22G 0,8 x 25mm zamiast 18G 0,9 x 25? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaniuli 22G 0,8 x 25mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 13. Dotyczy Zadania 3, poz. 9**


Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G 1,0 x 32mm zamiast kaniule 20G 1,1 x 32mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaniuli 20G 1,0 x 32mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 14. Dotyczy Zadania 3, poz. 10, 11**

Czy Zamawiający ma na myśli kaniule neonatologiczne bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem? Jak na rysunku poniżej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.



**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaniul neonatologicznych bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
Adam Zdaniuk