



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/167/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania 36, poz. 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 36 w pozycji 1 dopuści jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękkie a jednocześnie wytrzymałe cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny umiejscowiony na łączniku „T”, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, w zestawie: łącznik obrotowy, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 10F/57cm, 12F/57cm, 14F/57cm, 16F/57cm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza jednoświatłowego systemu do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych o w/w składzie, parametrach i opisie.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania 36, poz. 2**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 36 w pozycji 2 dopuści jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek tracheostomijnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękkie a jednocześnie wytrzymałe cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny umiejscowiony na łączniku „T”, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, w zestawie: łącznik obrotowy, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 10F/30cm, 12F/30cm, 14F/30cm, 16F/30cm?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jednoświatłowego systemu do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek tracheotomijnych o w/w składzie, parametrach i opisie.

**Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania 36, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 36 zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji 1 i 2? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tych pozycjach.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 i 2 z Zadania nr 36.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
*Adam Zdaniuk*