



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/168/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 43 i 46**

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra bez worka zbiorczego, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drenu Kehra bez worka zbiorczego, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 48-50**

Czy Zamawiający dopuści dren Pezzera o długości 40cm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drenu Pezzera o długości 40cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 67**

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć talerza biodrowego 15G o długości całkowitej 73mm z regulacją w zakresie 35-60mm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania igły do nakłuć talerza biodrowego 15G o długości całkowitej 73mm z regulacją w zakresie 35-60mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

#### **Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 80-83**

Czy Zamawiający ma na myśli maskę krtaniową jednorazową czy wielorazową?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu



**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 80-83 ma na myśli maskę krtaniową jednorazową.

**Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 100**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2 litrów?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojemnika o pojemności 2 litrów, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 107**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do obwodu oddechowego wykonany z PCV ze złączem do podłączenia filtra wykonanym z SB/SBS, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedłużacza do obwodu oddechowego wykonanego z PCV ze złączem do podłączenia filtra wykonanego z SB/SBS, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 7. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 107**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz nierozciągliwy?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza przedłużacza nierozciągliwego.

**Pyt. nr 8. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 107**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz wykonany z tworzywa EVA ze złączem do podłączenia filtra 15M?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedłużacza wykonanego z tworzywa EVA ze złączem do podłączenia filtra 15M, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 9. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 153**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu w składzie:

- Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml
- Komora zbiorcza 500 ml umożliwiająca bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml)
- Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem
- Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika
- Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu do pomiaru diurezy i zbiórki moczu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 10. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika do dodatkowej iniekcji, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika do dodatkowej iniekcji, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 11. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki luer j.u 20ml w opakowaniach a'70 szt. z odpowiednim przeliczeniem?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania strzykawki luer j.u 20ml w opakowaniach a'70 szt., pod warunkiem jednoczesnego przeliczenia ilości zamawianych opakowań w Formularzu cenowym, w kolumnie nr 4 „ILOŚĆ”, na 3286 opakowań po 70 sztuk.

**Pyt. nr 12. Dotyczy Zadania nr 4, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x23 z odpowiednim przeliczeniem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania papieru w rozmiarze 108x23, pod warunkiem jednoczesnego przeliczenia ilości zamawianych sztuk w Formularzu cenowym, w kolumnie nr 4 „ILOŚĆ”, na 272 sztuki.

**Pyt. nr 13. Dotyczy Zadania nr 15, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Pencil-Point 22Gx90mm bez przewodnicy?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Pencil-Point 22Gx90mm bez przewodnicy.

**Pyt. nr 14. Dotyczy Zadania nr 15, poz. 1-8**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-8 w Zadaniu nr 15.

**Pyt. nr 15. Dotyczy Zadania nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie czyścików do osobnego zadania. Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystnej ceny na ten asortyment.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z Zadania nr 16.

**Pyt. nr 16. Dotyczy Zadania nr 19, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory nadające się do sterylizacji w autoklawie max 125stC, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza resuscytatorów nadających się do sterylizacji w autoklawie max 125stC.

**Pyt. nr 17. Dotyczy Zadania nr 37, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne w rozmiarze 22G 0,7x32mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania igieł bezpiecznych w rozmiarze 22G 0,7x32mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 18. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1, 3**

Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów sterylizowanych radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 19. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m <sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m <sup>2</sup>
---

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m <sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m <sup>2</sup>
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m <sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m <sup>2</sup>
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m <sup>2</sup> i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m <sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m <sup>2</sup> .

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

#### **Pyt. nr 20. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m <sup>2</sup>
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m <sup>2</sup>
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m <sup>2</sup>
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m <sup>2</sup> .

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 21. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji biodra o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji biodra o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 22. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do artroskopii o składzie i parametrach:

1 x serweta 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet do artroskopii o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

#### **Pyt. nr 23. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji urologiczno ginekologicznych o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna 75 cm x 200 cm z otworem o wymiarach 8 cm x 12 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji urologiczno ginekologicznych o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

#### **Pyt. nr 24. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści Obłożenie do laparoskopii o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 300cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Z osobno dołączoną sterylnie zapakowaną serwetą na stolik Mayo oraz z osobno dołączonymi sterylnie zapakowanymi dwiema sztukami ręczników do rąk 40x40cm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia do laparoskopii o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 25. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji kończyny o składzie i parametrach:

1 x serweta 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m <sup>2</sup> .

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji kończyny o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 26. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji żyłaków o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , zintegrowana z organizatorami przewodów oraz osłoną na genitalia
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , zintegrowana z organizatorami przewodów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m <sup>2</sup> .

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji żyłaków o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 27. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów w rozmiarach M, L, XL, XXL, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 28. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> o odporności na przesiąkanie płynów 35cm H<sub>2</sub>O, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> o odporności na przesiąkanie płynów 35cm H<sub>2</sub>O, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 29. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce celulozowo-foliowy (2 warstwy celulozy i 1 warstwa folii), spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Wg naszej wiedzy nie ma na rynku podkładu flizelinowo-gumowego o takich parametrach.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania podkładu w rolce celulozowo-foliowego (2 warstwy celulozy i 1 warstwa folii), pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 30. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 7**

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 7 do osobnego zadania?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 7 w Zadaniu nr 7.

**Pyt. nr 31. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 7**

Czy Zamawiający podając j.m. sztuka ma na myśli 1 rolkę czy 1 listek podkładu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w Zadaniu nr 7, poz. 7, podając j.m. sztuka, ma na myśli 1 rolkę podkładu.

**Pyt. nr 32. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści nogawice wykonaną z włókniny typu SMS, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nogawicy wykonanej z włókniny typu SMS, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 33. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści nogawice pakowane a'2szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie w poz. 10 w Zadaniu nr 7. Zamawiający zgodnie z Formularzem cenowym w pozycji 10 w zadaniu nr 7 wymaga dokonania wyceny w sztukach. Mając powyższe na uwadze w kolumnie nr 5 „cena netto” Formularza cenowego w zadaniu nr 10 w poz. 7, należy podać cenę za 1 szt.

**Pyt. nr 34. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 1, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 16**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 16 w Zadaniu nr 14.



**Pyt. nr 35. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie w poz. 2 i 3 w Zadaniu nr 14. Zamawiający zgodnie z Formularzem cenowym w pozycji 2 i 3 w zadaniu nr 14 wymaga dokonania wyceny w sztukach. Mając powyższe na uwadze w kolumnie nr 5 „cena netto” Formularza cenowego w zadaniu nr 14 w poz. 2 i 3, należy podać cenę za 1 szt.

**Pyt. nr 36. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni z folii w rozmiarach: 71x116cm i 71x180cm? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego zadania.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha przedniego z folii w rozmiarach: 71x116cm i 71x180cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 37. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w rozmiarze XL?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha tylko w rozmiarze XL, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 38. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści maskę pakowaną a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie w poz. 9 w Zadaniu nr 14. Zamawiający zgodnie z Formularzem cenowym w pozycji 9 w zadaniu nr 14 wymaga dokonania wyceny w sztukach. Mając powyższe na uwadze w kolumnie nr 5 „cena netto” Formularza cenowego w zadaniu nr 14 w poz. 9, należy podać cenę za 1 szt.

**Pyt. nr 39. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści maskę o ciśnieniu różnicowym 32,78 Pa/cm<sup>2</sup>, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maski o ciśnieniu różnicowym 32,78 Pa/cm<sup>2</sup>, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 40. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty pakowane a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie w poz. 11 w Zadaniu nr 14. Zamawiający zgodnie z Formularzem cenowym w pozycji 11 w zadaniu nr 14 wymaga dokonania wyceny w sztukach. Mając powyższe na uwadze w kolumnie nr 5 „cena netto” Formularza cenowego w zadaniu nr 14 w poz. 11, należy podać cenę za 1 szt.

**Pyt. nr 41. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści krótkie spodenki do kolonoskopii, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania krótkich spodenek do kolonoskopii, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pyt. nr 42. Dotyczy Zadania nr 41, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetki jałowe do osuszania rąk wykonane z miękkiej chłonnej włókniny w rozmiarze 40x40cm, pakowane a' 1 szt z przeliczeniem podanych ilości na 4000 szt?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwetek jałowych do osuszania rąk wykonanych z miękkiej chłonnej włókniny w rozmiarze 40x40cm, pakowanych a' 1 szt., pod warunkiem jednoczesnego przeliczenia ilości zamawianych opakowań w Formularzu cenowym, w kolumnie nr 4 „ILOŚĆ”, na 4000 opakowań po 1 sztuce.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
*Adam Zdaniuk*