



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/176/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu dwuwarstwowego (jedna warstwa bibuły plus jedna warstwa folii), w rolce, o szerokości 50 cm, perforacji co 50 cm, 100 listków na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych rolek tj. 640 rolek. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania podkładu dwuwarstwowego (jedna warstwa bibuły plus jedna warstwa folii), w rolce, o szerokości 50 cm, perforacji co 50 cm, 100 listków na rolce, pod warunkiem jednoczesnego przeliczenia ilości zamawianych sztuk, w Formularzu cenowym, w kolumnie nr 4 „ILOŚĆ”, na 640.

Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w sterylnej jednoczęściowej, uniwersalnej osłony na ramię C aparatu RTG wykonanej z mocnej, wysokiej jakości folii polietylenowej w rozmiarze 104 cm x 230 cm, z rozcięciem o wymiarach 137 cm ułatwiającym zakładanie osłony i przylepcami do mocowania osłony. Produkt w opakowaniu po 20 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza sterylnej jednoczęściowej, uniwersalnej osłony na ramię C aparatu RTG wykonanej z mocnej, wysokiej jakości folii polietylenowej w rozmiarze 104 cm x 230 cm, z rozcięciem o wymiarach 137 cm ułatwiającym zakładanie osłony i przylepcami do mocowania osłony, produkt w opakowaniu po 20 sztuk.

Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji damskiego czepka typu берет na gumkę, wykonanego z flizeliny w rozmiarze uniwersalnym, umożliwiającym zakrycie długich włosów. Produkt, aktualnie dostarczany do

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Państwa jednostki w ramach obowiązującej umowy przetargowej. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania damskiego czepka typu beret na gumkę, wykonanego z flizeliny w rozmiarze uniwersalnym, umożliwiającego zakrycie długich włosów, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha przedniego z folii, w rozmiarze uniwersalnym, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha przedniego z folii, w rozmiarze uniwersalnym, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji 3-warstwowej maski z trokami o dł. min. 40 cm, w rozmiarze 17,5 cm x 9,5 cm, z usztywnioną wkładką modelującą na nos zapewniającą lepsze dopasowanie, dopuszczona zgodnie z normą EN 14 683:2005, (BFE:>99%, p<3).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza 3-warstwowej maski z trokami o dł. min. 40 cm, w rozmiarze 17,5 cm x 9,5 cm, z usztywnioną wkładką modelującą na nos zapewniającą lepsze dopasowanie, dopuszczoną zgodnie z normą EN 14 683:2005, (BFE:>99%, p<3).

Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji maski chirurgicznej zgodnej z normą 14683 typ II , wiązanej na troki. Maską posiadającą efektywność filtracji bakteryjnej (BFE) $\geq 98\%$, z dodatkową, antyrefleksyjną osłoną na twarz zapobiegającą parowaniu, hypoalergiczna, o oporach oddechowych - różnica ciśnień (mmH₂O/cm²) <3,0.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maski chirurgicznej zgodnej z normą 14683 typ II , wiązanej na troki. Maską posiadającą efektywność filtracji bakteryjnej (BFE) $\geq 98\%$, z dodatkową, antyrefleksyjną osłoną na twarz zapobiegającą parowaniu, hypoalergiczna, o oporach oddechowych - różnica ciśnień (mmH₂O/cm²) <3,0, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 7. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 14. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem jakościowymi cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 10 w Zadaniu nr 14.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk