



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/181/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 21**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawów papierowo-foliowych, spełniających wymagania SIWZ, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 21**

Czy Zamawiający dopuści, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony folii, z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony folii.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 21**

Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga, zgodnie z normą PN EN 868, aby na każdym rękawie papierowo – foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy lub znak handlowy.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



**Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 21**

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1i2?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868 oraz ISO 11607.

**Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 21**

Czy Zamawiający wymaga, aby temperatura zgrzewania rękawów miał szeroki zakres i wynosił 180-220°C?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres i aby zakres ten wynosił 180-220°C.

**Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania nr 21**

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 oraz EN ISO 11607 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
*Adam Zdaniuk*