



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/182/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 160

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii zawierający : cewnik typ Pigtail wykonany z poliuretanu 8 oczek drenujące , rozrywany trokar, worek na mocz 2L, tulejka silikonowa do mocowania cewnika . Rozmiar 8F, dł. 40cm

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do cystostomii zawierającego : cewnik typ Pigtail wykonany z poliuretanu 8 oczek drenujących , rozrywany trokar, worek na mocz 2L, tulejka silikonowa do mocowania cewnika, rozmiar 8F, dł. 40cm.

Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 161

Zestaw do cystostomii zawierający : cewnik typ Pigtail wykonany z poliuretanu 8 oczek drenujące , rozrywany trokar, worek na mocz 2L, tulejka silikonowa do mocowania cewnika . Rozmiar 14F dł. 45cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do cystostomii zawierającego : cewnik typ Pigtail wykonany z poliuretanu 8 oczek drenujących , rozrywany trokar, worek na mocz 2L, tulejka silikonowa do mocowania cewnika, rozmiar 14F dł. 45cm.

Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgodny na podanie ceny jednostkowej za 80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie w poz. 24 w Zadaniu nr 2. Zamawiający zgodnie z Formularzem cenowym w pozycji 24 w zadaniu nr 2 wymaga dokonania wyceny w sztukach. Mając powyższe na uwadze w kolumnie nr 5 „cena netto” Formularza cenowego w zadaniu nr 2 w poz. 24, należy podać cenę za 1 szt.

Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 25

1. Czy zamawiający wymaga by strzykawki były wymienione w menu pompy i instrukcji obsługi ze względu na ich pełną kompatybilność i bezpieczeństwo podaży leków. ?
2. Prosimy o podanie producentów i typów pomp stosowanych w szpitalu.

Odpowiedź Zamawiającego

Ad.1. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby strzykawki były wymienione w menu pompy i instrukcji obsługi

Ad.2. Zamawiający poniżej podaje producentów i typy pomp jakie są stosowane w szpitalu:

- ALARIS: ASENSA;
- ASCOR: AP14, AP22, SEP215;
- MEDIMA S2.

Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 36, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 3 z pakietu 36, w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Prośbę motywujemy tym, iż produkt z niniejszej pozycji jest produktem oferowanym wyłącznie przez firmę Dahlhauseni na rynku nie ma innych odpowiedników niniejszego sprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wykreśla pozycję nr 3 w Zadaniu nr 36. Mając powyższe na uwadze, wszyscy uczestnicy niniejszego postępowania, którzy będą składać ofertę w zakresie zadania nr 36 **są zobowiązani do wykreślenia w/w pozycji w podanym zadaniu.**

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk