



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/183/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 12-14

Czy Zamawiający oczekuje cewników sterylizowanych radiacyjnie w opakowaniu typu folia-folia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania cewników sterylizowanych radiacyjnie w opakowaniu typu folia-folia.

Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 16-17

Czy Zamawiający oczekuje cewników sterylizowanych radiacyjnie w opakowaniu typu folia-folia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania cewników sterylizowanych radiacyjnie w opakowaniu typu folia-folia.

Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 15

Czy Zamawiający oczekuje cewników sterylizowanych radiacyjnie w opakowaniu typu folia-folia i dopuści balonik o pojemności 10ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza cewniki sterylizowane radiacyjnie w opakowaniu typu folia-folia i nie dopuszcza balonika o pojemności 10ml.

Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 18

Czy Zamawiający oczekuje cewników sterylizowanych radiacyjnie w opakowaniu typu folia-folia i dopuści balonik o pojemności 10ml?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza cewniki sterylizowane radiacyjnie w opakowaniu typu folia-folia i nie dopuszcza balonika o pojemności 10ml.

Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 51-56

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenów wykonanych z medycznego PVC?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza drenów wykonanych z medycznego PVC.

Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 57

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu wykonanego z medycznego PCW, z kontrastem RTG, z perforacją na długości 14cm od dystalnego końca, wyposażonego w cyfrową podziałkę głębokości, jałowego, sterylizowanego tlenkiem etylenu występującego w długościach 500, 700, 1000, 1500, 1700 i rozmiarach CH: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18? Pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drenu wykonanego z medycznego PCW, z kontrastem RTG, z perforacją na długości 14cm od dystalnego końca, wyposażonego w cyfrową podziałkę głębokości, jałowego, sterylizowanego tlenkiem etylenu występującego w długościach 500, 700, 1000, 1500, 1700 i rozmiarach CH: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, pakowanego podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, pod warunkiem że w/w dren będzie posiadał zielony znacznik – kontrast RTG.

Pyt. nr 7. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 63

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie handlowe=50 szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie w poz. 63 w Zadaniu nr 1. Zamawiający zgodnie z Formularzem cenowym w pozycji 63 w zadaniu nr 1 wymaga dokonania wyceny w sztukach. Mając powyższe na uwadze w kolumnie nr 5 „cena netto” Formularza cenowego w zadaniu nr 1 w poz. 63, należy podać cenę za 1 szt.

Pyt. nr 8. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 76

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie handlowe=75 szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie w poz. 76 w Zadaniu nr 1. Zamawiający zgodnie z Formularzem cenowym w pozycji 76 w zadaniu nr 1 wymaga dokonania wyceny w sztukach. Mając powyższe na uwadze w kolumnie nr 5 „cena netto” Formularza cenowego w zadaniu nr 1 w poz. 76, należy podać cenę za 1 szt.

Pyt. nr 9. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 152

Czy Zamawiający oczekuje worka do dobowej zbiórki moczu z zaworem typu T gwarantującym lepszą szczelność układu i wyższy komfort pracy personelu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania worka do dobowej zbiórki moczu z zaworem typu T gwarantującym lepszą szczelność układu i wyższy komfort pracy personelu.

Pyt. nr 10. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 153

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania systemu do pomiaru diurezy z workiem zbiorczym o pojemności 2000ml, skalowanym co 50 ml, z zastawką antyrefleksyjną, z zaworem typu T obsługiwanym za pomocą jednej ręki, z drenem łączącym o długości 120cm wyposażonym w klemę zaciskową, zakończonym uniwersalnym łącznikiem schodkowym, wykonanym z materiału zapobiegającego zaginaniu i skręcaniu się drenu; system wyposażony jest w samouszczelniający się port do poboru próbek, komorę pomiarową o objętości 500ml podzieloną na 4 komory pośrednie (pomiar co 1ml w przedziale 4-50 ml w komorze wstępnej i co 5ml do 500ml w pozostałych komorach; komora wyposażona jest w filtr hydrofobowy; system stabilizowany jest przy pomocy 2 uniwersalnych taśm; Opakowanie: folia-papier.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu do pomiaru diurezy z workiem zbiorczym o pojemności 2000ml, skalowanym co 50 ml, z zastawką antyrefleksyjną, z zaworem typu T obsługiwanym za pomocą jednej ręki, z drenem łączącym o długości 120cm wyposażonym w klemę zaciskową, zakończonym uniwersalnym łącznikiem schodkowym, wykonanym z materiału zapobiegającego zaginaniu i skręcaniu się drenu; system wyposażony jest w samouszczelniający się port do poboru próbek, komorę pomiarową o objętości 500ml podzieloną na 4 komory pośrednie (pomiar co 1ml w przedziale 4-50 ml w komorze wstępnej i co 5ml do 500ml w pozostałych komorach; komora wyposażona jest w filtr hydrofobowy; system stabilizowany jest przy pomocy 2 uniwersalnych taśm; opakowanie: folia-papier, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 11. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z regulatorem przepływu w kształcie beczułki z 2 skalami używanymi do określenia przepływu płynów o różnych lepkościach?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania przyrządu z regulatorem przepływu w kształcie beczułki z 2 skalami używanymi do określenia przepływu płynów o różnych lepkościach.

Pyt. nr 12. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 12

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażonego w osłonkę igły biorczej, posiadającego logo na zaciskaczu rolkowym w celu lepszej identyfikacji produktu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażonego w osłonkę igły biorczej, posiadającego logo na zaciskaczu rolkowym w celu lepszej identyfikacji produktu.

Pyt. nr 13. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 15, 17, 18

Czy Zamawiający oczekuje „motylków” w systemie bezpiecznym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie oczekuje „motylków” w systemie bezpiecznym.

Pyt. nr 14. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 27

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z podwójną skalą oraz dodatkowym łącznikiem luer, ułatwiającym podawanie do mniejszych cewników?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza strzykawki z podwójną skalą oraz dodatkowym łącznikiem luer, ułatwiającym podawanie do mniejszych cewników.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk