



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/298/2017

Bolesławiec, dnia 21 sierpnia 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3, poz. 8

Czy pisząc o eliminacji Clostridium Difficile Zamawiający ma na myśli eliminację sporów tych bakterii? Usunięcie samych bakterii Clostridium Difficile jest bardzo proste. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby skuteczność programu do eliminacji sporów bakteryjnych Clostridium Difficile była potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezależną, akredytowaną instytucję?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający pisząc o eliminacji Clostridium Difficile ma na myśli eliminację sporów tych bakterii. Zamawiający nie wymaga, aby skuteczność programu do eliminacji sporów bakteryjnych Clostridium Difficile była potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezależną, akredytowaną instytucję.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3, poz. 11.

Czy pisząc o jednorodnej-monolitycznej komorze Zamawiający wymaga aby była ona wykonana ze stali kwasoodpornej? Na rynku są też urządzenia wyposażone w komory wykonane z plastiku, których trwałość jest dość niska.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania jednorodnej-monolitycznej komory, wykonanej ze stali kwasoodpornej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rodzaj materiału z jakiego wykonana jest w/w komora podlega ocenie przez Zamawiającego.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wykonaną w całości ze stali kwasoodpornej? Jest to rozwiązanie znacznie trwalsze i łatwiejsze do utrzymania w czystości niż opisane w SIWZ panele plastikowe.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni wykonanej w całości ze stali kwasoodpornej, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 3, poz. 15

Dot. pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, która przy pojemności w jednym cyklu 1 basen + 2 kaczki lub 3 kaczki zużywa przy programie normalnym 20l wody, zaś przy intensywnym 25l? Teoretycznie możliwe jest mycie i dezynfekcja nawet w 1l wody ale cierpi na tym poprawność procesu. Czy pisząc o 15 i 20l wody Zamawiający ma na myśli zużycie wody w czasie całego procesu mycia i dezynfekcji? Wielu producentów zużywa jeszcze dodatkowo 3-5l wody do chłodzenia naczyń po procesie dezynfekcji termicznej

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni, która przy pojemności w jednym cyklu 1 basen + 2 kaczki lub 3 kaczki zużywa przy programie normalnym 20l wody, zaś przy intensywnym 25l, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 3, poz. 19

Dot. pkt. 19: Ponieważ w p. 17 i 18 SIWZ Zamawiający wymaga zastosowania 2 pomp dozujących środki chemiczne to czy wymaga aby zaoferowana myjnia pozwalała na przechowywanie wewnątrz urządzenia 2 pojemników ze środkami chemicznymi? W innym przypadku pojemnik z detergentem będzie schowany wewnątrz myjni, zaś pojemnik ze środkiem zmiękczającym będzie stał obok urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia pozwalała na przechowywanie wewnątrz urządzenia 2 pojemników ze środkami chemicznymi.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk