



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/342/2017

Bolesławiec, dnia 12 października 2017r.

### *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego (II postępowanie). Znak sprawy: 10/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 5**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w zadaniu 5 poprzez zapis „Przetwornik kompatybilny do systemu pracy BD (DP-BD)” Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnego zestawu z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażonego w linię pomiarową 150cm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestawu kompatybilnego z monitorami poprzez kabel typu BD z okrągłym wtykiem pionowym.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania kompletnego zestawu z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażonego w linię pomiarową 150cm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestawu kompatybilnego z monitorami poprzez kabel typu BD z okrągłym wtykiem pionowym.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

*Adam Zdaniuk*

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu

