



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 2 /2016

Bolesławiec, dnia 12 stycznia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy wyrobów implantacyjnych i narzędzi. Znak sprawy: 13/ortopedia/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o charakterystyce: trzpień bezcementowy prosty, proporcjonalny - długość szyjki rośnie wraz z rozmiarem trzpienia, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne, w 2 wielkościach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) i minimum 13 rozmiarach dla każdego z kątów.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego systemu, **pod warunkiem że trzpień prosty i przynasadowy endoprotezy biodra posiada standardowy konus: EUROKONUS 12/14**, o następującej charakterystyce: trzpień bezcementowy prosty, proporcjonalny - długość szyjki rośnie wraz z rozmiarem trzpienia, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne, w 2 wielkościach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) i minimum 13 rozmiarach dla każdego z kątów.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 17 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o charakterystyce: panewka typu press-fit wykonana z tytanu; powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; możliwość wyboru panewki pełnej lub z 3-5 otworami uzupełnianymi wkrętami fiksującymi. Średnica panewek 44-72mm. W zestawie zaślepka panewki. Wkładka stawowa polietylenowa crosslinkowana symetryczna lub z okapem 10st - polietylen o zwiększonych parametrach wytrzymałości mechanicznej oraz utleniania bez dodatków biologicznych najnowszej generacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego systemu o następującej charakterystyce: panewka typu press-fit wykonana z tytanu; powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; możliwość wyboru panewki pełnej lub z 3-5 otworami uzupełnianymi wkrętami fiksującymi. Średnica panewek 44-72mm. W zestawie zaślepka panewki. Wkładka stawowa polietylenowa crosslinkowana

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



symetryczna lub z okapem 10st - polietylen o zwiększonych parametrach wytrzymałości mechanicznej oraz utleniania bez dodatków biologicznych najnowszej generacji.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 17 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o charakterystyce: trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem; dostępny w 2 rozmiarach offsetu i minimum 9 rozmiarach trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego systemu o następującej charakterystyce: trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem; dostępny w 2 rozmiarach offsetu i minimum 9 rozmiarach trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 17 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o charakterystyce: głowa metalowa w długościach szyjki: - 4/0/+4/+8/+12.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego systemu o następującej charakterystyce: głowa metalowa w długościach szyjki: - 4/0/+4/+8/+12.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 17 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o charakterystyce: głowa ceramiczna w długościach szyjki: -4/0/+4 lub -5/0/+5 (zależnie od średnicy głowy).

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego systemu o następującej charakterystyce: głowa ceramiczna w długościach szyjki: -4/0/+4 lub -5/0/+5 (zależnie od średnicy głowy).

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 17 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o charakterystyce: panewka cementowana w średnicach zewnętrznych 48-60mm z 4 dystanserami, symetryczne; 2 znaczniki radiologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego systemu o następującej charakterystyce: panewka cementowana w średnicach zewnętrznych 48-60mm z 4 dystanserami, symetryczne; 2 znaczniki radiologiczne.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 17 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o charakterystyce: trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem; dostępny w 2 rozmiarach offsetu i minimum 9 rozmiarach trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego systemu o następującej charakterystyce: trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem; dostępny w 2 rozmiarach offsetu i minimum 9 rozmiarach trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 17 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o charakterystyce: – głowa metalowa w długościach szyjki: - 4/0/+4/+8/+12.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego systemu o następującej charakterystyce: głowa metalowa w długościach szyjki: - 4/0/+4/+8/+12.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 17 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o charakterystyce: Głowa bipolarna sferyczna o średnicy zewnętrznej od 41 do 61mm, w minimum 18 rozmiarach z wewnętrzną sferą metalową. Do rozmiaru 56 skalowana co 1mm. Głowa wewnętrzna blokowane polietylenowym pierścieniem.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego systemu o następującej charakterystyce: Głowa bipolarna sferyczna o średnicy zewnętrznej od 41 do 61mm, w minimum 18 rozmiarach z wewnętrzną sferą metalową. Do rozmiaru 56 skalowana co 1mm. Głowa wewnętrzna blokowane polietylenowym pierścieniem.

Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 17 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o charakterystyce: Trzpień endoprotezy stawu biodrowego przynasadowy, prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w łącznie 12 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach 93-126mm, rozpiętość offsetu 28-58mm. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym (zmienna przyśrodkowa krzywizna).

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego systemu, **pod warunkiem że trzpień prosty i przynasadowy endoprotezy biodra posiada standardowy konus: EUROKONUS 12/14**, o następującej charakterystyce: Trzpień endoprotezy stawu biodrowego przynasadowy, prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w łącznie 12 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach 93-126mm, rozpiętość offsetu 28-58mm. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym (zmienna przyśrodkowa krzywizna).

Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 17 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o charakterystyce: Panewka typu press-fit wykonana z tytanu; powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; możliwość wyboru panewki pełnej lub z 3-5 otworami uzupełnianymi wkrętami fiksującymi. Średnica panewek 46-72mm. W zestawie zaślepka panewki. Wkładka stawowa polietylenowa crosslinkowana symetryczna lub z okapem 10st - polietylen o zwiększonych parametrach wytrzymałości mechanicznej oraz utleniania bez dodatków biologicznych najnowszej generacji. Możliwość zastosowania każdej z wymaganych średnic głów (28-32-36mm) w każdej średnicy panewki.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego systemu o następującej charakterystyce: Panewka typu press-fit wykonana z tytanu; powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; możliwość wyboru panewki pełnej lub z 3-5 otworami uzupełnianymi wkrętami fiksującymi. Średnica panewek 46-72mm. W zestawie zaślepka panewki. Wkładka stawowa polietylenowa crosslinkowana symetryczna lub z okapem 10st - polietylen o zwiększonych parametrach wytrzymałości mechanicznej oraz utleniania bez dodatków biologicznych najnowszej generacji. Możliwość zastosowania każdej z wymaganych średnic głów (28-32-36mm) w każdej średnicy panewki.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk