



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 7 /2016

Bolesławiec, dnia 12 stycznia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy wyrobów implantacyjnych i narzędzi. Znak sprawy: 13/ortopedia/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 17

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny:

LP	Nr katalogowy	ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
1.	2.	3.
1.		Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową, na całej długości pokryty cienką warstwą HA, dostępny w 10 rozmiarach od min. 6,25mm do min. 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu, eurokonus 12/14, dodatkowo wymagana dostępność trzpienia lateralizowanego (offset).
2.		Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w min. 4 długościach szyjki.
3.		Głowa ceramiczna Biolox Delta na konus 12/14 o średnicy 32 mm i 36 mm w min. 3 długościach szyjki.
4.		Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od min. 46 mm do min. 68 mm, - skok co 2 mm z zaślepką otworu montażowego. Panewka pokryta porowatą powłoką tytanową i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



5.		śruby tytanowe w rozmiarach od 15mm do 45mm (skok co 5mm) przy panewce press fit-zaśleпки na otwory pod śruby panewkowe fabrycznie zaślepiene. Wkład panewkowy dostosowany do rosnących głów 28mm , 32mm i 36 mm z wysokousięciowanego (cross link) polietylenu z 0 lub 10 stopniowym offsetem.
6.		Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: (np. (30zł x 1 instrumentaria) x 36 miesiące). Wykonawca zobowiązany jest podać ilość instrumentariów do wypożyczenia.
7.		ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ METALOWĄ - CERAMICZNĄ
8.		Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentryujący, wykonany ze stopu tytanowego , dostępny w 10 rozmiarach od min. 6,25mm do min. 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu oraz wykonanego ze stopu CoCr – polerowany w min. 6 rozmiarach, eurokonus 12/14.
9.		Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 lub 32 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub ceramiczna w min. 4 długościach szyjki.
10.		Głowa ceramiczna Biolox Delta na konus 12/14 o średnicy 32 mm i 36 mm w min. 3 długościach szyjki.
11.		Panewka polietylenowa w wersji standardowej oraz z nadbudową 10 stopni, ze znacznikiem rentgenowskim. Rozmiary zew. panewek w wersji standardowej od 44 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm, na głowę 28 mm i 32 mm, w wersji z nadbudową od 44 mm do 58 mm na głowę 28 mm i 32 mm. Wymagana również dostępność panewek cementowanych zatraskowych na głowę 32 mm w rozm. zew. od 44 mm do 58 mm, skok co 2 mm.
12.		Cement kostny z antybiotykiem pakowany 2 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych.
13.		Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: (np. (30zł x 1 instrumentaria) x 36 miesiące). Wykonawca zobowiązany jest podać ilość instrumentariów do wypożyczenia.
14.		ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ ANATOMICZNĄ ORAZ BI-POLARNĄ
15.		Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentryujący, wykonany ze stopu tytanowego , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu oraz wykonanego ze stopu CoCr – polerowany, w min. 6 rozmiarach, konus 12/14.
16.		Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 lub 32 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub ceramiczna w min. 4 długościach szyjki.
17.		Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 mm metalowa w min. 4 długościach szyjki montowana śródoperacyjnie wew. czaszy bipolarnej- nie zatrzaśnięta fabrycznie. Czasza bipolarna w rozmiarach zew. od min. 42mm do min.60 mm ze skokiem co 1 mm
18.		Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający 1 strzykawkę oraz blokadę kanałową dla większej presuryzacji.
19.		Cement kostny z antybiotykiem pakowany 2 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych.
20.		Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: (np. (30zł x 1 instrumentaria) x 36 miesiące). Wykonawca zobowiązany jest podać ilość instrumentariów do wypożyczenia.
21.		ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA/PRZYNASADOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
22.		Samoadaptujący się trzpień stawu biodrowego bezcementowy, uniwersalny , krótki. Trzpień wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty czystym tytanem i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu; w min. 9 rozmiarach, konus 12/14. Część dystalna polerowana, wąska konstrukcja części bliższej. W wersji standard kąt szyjkowo trzonowy 130 ° w wersji zlateralizowanej kąt szyjkowo trzonowy 125 °.
23.		Głowa na konus 12/14 o średnicy 28mm, 32 mm i 36 mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w min. 4 długościach szyjki.

24.		<p>Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od min. 46 mm do min. 68 mm- skok co 2 mm, z zaślepką otworu. Panewka pokryta porowatą powłoką tytanową i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu. Możliwość użycia do 3 śrub tytanowych w rozmiarach od 15mm do 45mm (skok co 5mm) przy panewce Press fit- zaślepki na otwory pod śruby panewkowe.</p> <p>Wkład panewkowy dostosowany do rosnących głów 28mm , 32mm i 36 mm z wysokousieciowanego (cross link) polietylenu z 0 lub 10 stopniowym offsetem.</p>
25.	X	<p>Koszt wypożyczenia instrumentarium w okresie 36 miesięcy. Liczba instrumentarium: (np. (30zł x 1 instrumentaria) x 36 miesiące). Wykonawca zobowiązany jest podać ilość instrumentarium do wypożyczenia.</p>

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zadaniu nr 17 w pozycjach od 1 do 25, produktu równoważnego o parametrach i opisie wskazanym powyżej (w pytaniu nr 1).

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk