



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^Q

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 11 /2016

Bolesławiec, dnia 18 stycznia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy wyrobów implantacyjnych i narzędzi. Znak sprawy: 13/ortopedia/15.

Do Zamawiającego w dniu 13 stycznia 2016r. wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie odpowiedzi na zadane pytania w piśmie z dnia 12 stycznia 2016r. znak: ZOZ/NZP/2/2016 w zakresie odpowiedzi na pytania nr 1 i 10, poprzez doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez określenie „Eurokonus 12/14.”

Firma ponadto w /w piśmie porusza następujące kwestie:

Pojęcie określane w SIWZ „eurokonus 12/14” nie istnieje w formalnych wykazach ani danych rejestracyjnych żadnego z produktów medycznych tej kategorii. Różni oferenci dysponują stożkami trzpienia o podstawach 12 i 14mm, ale możliwe są różnice w wysokościach stożka i kątach jego rozwarcia. Ponadto, żaden producent ze względów formalno-prawnych nie potwierdzi na piśmie, iż jego trzpienie można łączyć z głowami innego producenta lub odwrotnie.

Opisywany w zapytaniu trzpień posiada stożek kompatybilny z oferowanym systemem głów. Zgodnie z wymogami prawnymi wynikającymi z warunków rejestracyjnych każdego z trzpieni protez stawu biodrowego, każdy trzpień protezy stawu biodrowego można łączyć tylko z głową tego samego dostawcy – a więc o tożsamyh stożkach. Wymiary stożka oferowanego przy w/w pytaniach wynoszą:

- Podstawa dolna 12,5mm
- Podstawa górna 11,3mm
- Wysokość 12,1mm
- Kąt rozwarcia stożka 5°40'

Stożek ten, ze względu na smuklejszą geometrię niż stożki o szerszych podstawach zwiększa zakres ruchu w protezie zanim dojdzie do konfliktu szyjkowo-panewkowego a tym samym zmniejsza ryzyko zwichnięć w stawie po implantacji protezy.

Z tych względów prosimy o dopuszczenie trzpieni o opisanych w pytaniach 1 i 10 ze stożkami kompatybilnymi z oferowanymi i dopuszczonymi głowami (pytanie 4 dotyczące pozycji 9 w pakiecie 17- gdzie nie ma wymogu stożka „eurokonus 12/14” a inne parametry są dopuszczane) z pominięciem wymogu określonego wadliwym terminem „eurokonus 12/14”.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przez sformułowanie „Eurokonus 12/14” rozumie standardowy konus trzpienia endoprotezy biodra. Wymagany konus jest standardowym konusem stosowanym w większości systemów protezowych biodra wykorzystywanym przez większość producentów endoprotezy stawu biodrowego w Europie. Jego zastosowanie daje możliwość wykonywania zabiegów rewizyjnych z wykorzystaniem różnych systemów rewizyjnych biodra, nie ograniczając się tylko do systemów jednej firmy.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający podtrzymuje udzieloną odpowiedź w piśmie z dnia 12 stycznia 2016r. znak: ZOZ/NZP/2/2016.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk