



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 60 /2016

Bolesławiec, dnia 18 marca 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług utrzymania w ruchu sprzętu i aparatury medycznej (przeгляд, naprawa i wydawanie orzeczeń technicznych) wraz z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego. Znak sprawy: 4/TUM/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 4

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratora SECHRIST w skład okresowego przeglądu i konserwacji wchodzi obowiązkowa wymiana części przewidzianych w dokumentacji technicznej urządzeń, co powinno być uwzględnione w ofercie cenowej.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, oświadczamy, iż zgodnie z zaleceniami producenta respiratory SECHRIST

w trakcie okresowego przeglądu technicznego wymagają wymiany następujących zestawów serwisowych:

Nr	Nazwa	Ilość
1.	Zestaw naprawczy 1	1
2.	Zaworek zwrotny silikonowy	1
3.	Zaworek zwrotny lateksowy	1
4.	Zestaw do naprawy regulatora	1
5.	Przepona zastawki infant	1
6.	Uszczelka płaska	1
7.	Akumulator	2

Czy w związku z powyższym, ww. zestaw serwisowy powinien być uwzględniony w wycenie oferty przetargowej oraz objęty oferowaną usługą ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ, ocenie będzie podlegała wartość brutto 1 roboczogodziny Wykonawcy w PLN, ceny (koszty) materiałów koniecznych do zużycia będą fakturowane oddzielnie. Ceny wymienianych części przewidzianych przez producenta do wymiany w trakcie prowadzonego przeglądu, nie powinny być uwzględniane w oferowanej cenie.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 18
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę czujników tlenu oraz akumulatorów? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że przegląd respiratorów powinien obejmować wszelkie wymagane czynności i wymiany części zamiennych, które są konieczne zgodnie z zaleceniami producenta. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ceny materiałów zużywalnych będą fakturowane oddzielnie, zgodnie z opisem zawartym w SWIZ.

Z poważaniem

DYREKTOR



Adam Zdaniuk