



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^Q

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 87 /2016

Bolesławiec, dnia 28 kwietnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1 pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzną drukarkę z wydrukiem parametrów procesu w postaci alfanumerycznej i graficznej na papierze A4?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zewnętrzną drukarkę z wydrukiem parametrów procesu w postaci alfanumerycznej i graficznej na papierze A4, pod warunkiem, że zaoferowana drukarka będzie dodatkową drukarką tj, sterylizator nadal będzie posiadał wbudowaną drukarkę.

Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1. pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę z wydrukiem alfanumerycznym parametrów procesu na papierze termicznym z gwarancją producenta papieru o trwałości wydruku 10 lat?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wbudowaną drukarkę z wydrukiem alfanumerycznym parametrów procesu na papierze termicznym z gwarancją producenta papieru o trwałości wydruku minimum 10 lat.

Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia na 12 tygodni? Sterylizatory parowe to urządzenia produkowane na zlecenie pod konkretne wymagania, posiadające wiele dodatkowych opcji rozbudowy. Urządzeń takich producenci nie produkują „na zapas”, gdyż byłoby to sprzeczne z wymaganiem urządzenia fabrycznie nowego. Czas produkcji sterylizatora parowego wynosi ok. 10 tygodni, natomiast montaż, uruchomienie i szkolenie personelu wynosi do 2 tygodni.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.

Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w miejscu montażu nowego sterylizatora parowego i stacji uzdatniania wody? Jeśli tak, to prosimy o podanie zakresu takich robót. Konieczne to będzie do prawidłowego skalkulowania kosztów oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje wykonanie prac budowlano – instalacyjnych w miejscu montażu nowego sterylizatora parowego i stacji uzdatniania wody. Zamawiający w/w prace przeprowadzi we własnym zakresie. Koszty w/w prac obciążają Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy, montażu urządzeń do wyprowadzonych przyłączy i uruchomienia ich.

Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dla stacji uzdatniania wody zmiękczacza? Woda zmiękczona w znacznym stopniu zwiększa żywotność membran osmotycznych osmozera oraz wymienników ciepła, pomp próżniowych sterylizatorów parowych co ma ogromne znaczenie dla kosztów eksploatacji urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dla stacji uzdatniania wody zmiękczacza.

Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca stacji uzdatniania wody wykonał instalacje wody demineralizowanej i zmiękczonej (jeśli dopuści do zaoferowania zmiękczacza) do przestrzeni technicznych sterylizatorów parowych? Jeśli tak, to prosimy o podanie odległości od pomieszczenia stacji uzdatniania wody do przestrzeni technicznych sterylizatorów parowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na swój koszt dokona przeprowadzenia instalacji od pomieszczenia stacji uzdatniania wody do przestrzeni technicznych sterylizatorów parowych.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk