



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 88 /2016

Bolesławiec, dnia 28 kwietnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści wydruk ze sterylizatora bez graficznego przebiegu procesu jeśli sterylizator posiada układ autodiagnostyki wbudowany w układ sterowania sprawdza samoczynnie przebieg prawidłowości procesu, a wszystkie przebiegi procesu zawarte są w instrukcji obsługi? Uzasadnienie: Wydruki sterylizatorów zawarte są na papierze o szerokości ok 60mm w związku z czym odczyt parametrów z wydruku nie jest możliwy w dokładności 0,1st.C, a jedynie z możliwy jest z formy numerycznej która jest dostępna w proponowanym urządzeniu i jest zgodna z PN EN 285.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sterylizatora z wbudowaną drukarką, na której nie będzie prezentowany wydruk graficzny przebiegu procesu sterylizacji, pod warunkiem że Wykonawca w takim przypadku zaoferuje dodatkową drukarkę, na której drukowany będzie wykres graficzny przebiegu procesu sterylizacji.

Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w okresie gwarancji i po okresie gwarancji w przypadku niewykonania i nieskasowania przeglądu w sterowniku urządzenia przez serwis producencki następowała blokada drzwi urządzenia, w sposób uniemożliwiający właścicielowi urządzenia użytkowanie swojej własności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, aby w okresie gwarancji i po okresie gwarancji w przypadku niewykonania i nieskasowania przeglądu w sterowniku urządzenia przez serwis producencki następowała blokada drzwi urządzenia, w sposób uniemożliwiający właścicielowi urządzenia użytkowanie swojej własności

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu

