



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 90 /2016

Bolesławiec, dnia 28 kwietnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści dodanie wierszy do tabelki cenowej w formularzu ofertowym, tak aby można było wykazać produkty objęte standardową stawką podatku VAT ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość dodania wierszy do tabeli cenowej w formularzu cenowym, tak aby można było wykazać produkty objęte różnymi stawkami podatku VAT, jak również produkty opodatkowane tą samą stawką podatku VAT, a stanowiące części składowe wymaganego sterylizatora (np. stacja uzdatniania wody, wózek wsadowy itp.). W przypadku, gdy zaoferowanych będzie kilka produktów składających się na zamawiany asortyment, należy również dodać wiersz razem i zsumować wszystkie wymienione pozycje, tak aby powstała jedna cena za całość zadania nr 1. Zamawiający będzie oceniał wartość brutto wszystkich elementów składowych, składających się na zadanie nr 1.

Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w uszczelki drzwiowe pneumatyczne (wypełniane sprężonym powietrzem) z czujnikiem wycieku powietrza zamiast detektora powietrza ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza sterylizator wyposażony w uszczelki drzwiowe pneumatyczne (wypełniane sprężonym powietrzem) z czujnikiem wycieku powietrza zamiast detektora powietrza.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wymagające podłączenia do zasilania elektrycznego o mocy 43 kW ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wymagające podłączenia do zasilania elektrycznego o mocy 43 kW.

Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w szczelną wannę ociekową ze stali nierdzewnej zabezpieczającą posadzkę przed ewentualnymi wyciekami podczas awarii urządzenia lub prac konserwacyjnych ? Rozwiązanie takie powoduje brak konieczności remontu posadzki przed instalacją urządzenia co zmniejsza koszty Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, aby urządzenie wyposażone było w szczelną wannę ociekową ze stali nierdzewnej zabezpieczającą posadzkę przed ewentualnymi wyciekami podczas awarii urządzenia lub prac konserwacyjnych.

Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga wykonania orurowania mającego styczność z parą wodną lub wodą demineralizowaną oraz wszystkich zaworów procesowych ze stali kwasoodpornej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga orurowania mającego styczność z parą wodną lub wodą demineralizowaną oraz wszystkich zaworów procesowych ze stali kwasoodpornej.

Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga aby faza frakcjonowania próżni w programach sterylizacyjnych składała się co najmniej z 8 pulsacji próżnia-para z czego co najmniej 3 w podciśnieniu? W związku z szybkim rozwojem narzędzi małoinwazyjnych, które są coraz bardziej skomplikowane i posiadają kanały robocze o coraz mniejszym świetle, kluczowym jest usunięcie jak największej ilości gazów niekondensowalnych, aby poprawić penetrację pary wodnej w głąb wsadu. Najnowszej generacji urządzenia oferują programy sterylizacyjne nawet z kilkunastoma pulsacjami próżnia-para zachowując przy tym całkowity czas cyklu poniżej 60 minut.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, aby faza frakcjonowania próżni w programach sterylizacyjnych składała się co najmniej z 8 pulsacji próżnia-para z czego co najmniej 3 w podciśnieniu.

Pyt. nr 7. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną drukarką z wydrukiem numerycznym i graficznym parametrów procesu, gwarantującą trwałość wydruku minimum 10 lat na papierze termicznym oraz archiwizację cykli sterylizacyjnych na zewnętrznym komputerze stacjonarnym? Rozwiązanie takie zapobiega utracie danych na temat cykli sterylizacyjnych oraz umożliwia Użytkownikowi szybkie dotarcie do cykli archiwalnych bez potrzeby przeszukiwania archiwum papierowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną drukarką z wydrukiem numerycznym i graficznym parametrów procesu, gwarantującą trwałość wydruku minimum 10 lat na papierze termicznym oraz archiwizację cykli sterylizacyjnych na zewnętrznym komputerze stacjonarnym.

Pyt. nr 8. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Prosimy o doprecyzowanie punktu 4. w wymaganiach dotyczących gwarancji i serwisu: "Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji tj. liczony od chwili zgłoszenia do jej usunięcia." Czy Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji urządzenia, od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, do czasu jej skutecznego usunięcia.

Pyt. nr 9. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w cenie urządzenia wszystkie części zużywalne wymieniane w czasie przeglądów okresowych oraz filtry powietrza komory i uszczelki drzwi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w cenie urządzenia wszystkie części zużywalne wymieniane w czasie przeglądów okresowych oraz filtry powietrza komory i uszczelki drzwi.

Pyt. nr 10. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści zbiornik w stacji uzdatniania wody wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z wodą demineralizowaną innego niż czarny polietylen ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zbiornik w stacji uzdatniania wody wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z wodą demineralizowaną innego niż czarny polietylen , pod warunkiem że będzie to materiał, który nie przepuszcza światła.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk