



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 91 /2016

Bolesławiec, dnia 28 kwietnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Dot. pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o mocy 50,5kW? Dzięki wyższej mocy możliwe jest przeprowadzenie szybszego procesu sterylizacji, nie ma ona natomiast wpływu na całkowite zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza do oceny sterylizator o mocy 50,5kW.

Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Dot. pkt. 9 – Ponieważ sterylizatory są zabudowywane na stałe i nie ma konieczności ich transportu w obszarze szpitala, zaś transport na miejsce montażu jest po stronie oferenta, prosimy o odstąpienie od wymogu p. 9 SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu pkt. 9 zadania nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ)

Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Dot. pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w wytwornicę pary o mocy 50,5kW? Dzięki wyższej mocy wytwornicy możliwe jest szybsze przeprowadzenie procesu sterylizacji. Nie ma to natomiast wpływu na całkowite zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza do oceny sterylizator wyposażony w wytwornicę pary o mocy 50,5kW

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Dot. pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w drukarkę termiczną? W p. 16 Zamawiający oczekuje możliwości podłączenia do systemu komputerowego, co oznacza możliwość wydruku na zewnętrznych drukarkach (laserowe, atramentowe itp.). Dodatkowo oferowany przez nas sterylizator wyposażony jest dedykowany program komputerowy oraz w złącze USB pozwalające na łatwy eksport danych na zewnętrzny komputer i wydruk na zewnętrznej drukarce.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sterylizatora wyposażonego w drukarkę termiczną, która drukuje przebieg procesu sterylizacji w formie graficznej i alfanumerycznej, na papierze termicznym z gwarancją producenta papieru o trwałości wydruku minimum 10 lat.

Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Dot. pkt 42 - Prosimy o wyjaśnienie kto będzie odpowiedzialny za awarie jeśli one nastąpią na skutek nie wykonania przeglądu okresowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie odpowiedzialny za awarie, jeśli one nastąpią na skutek nie wykonania przeglądu okresowego.

Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.

Dot. pkt 8 - Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc o "GRUNTOWNYM" przeglądzie. Co taki przegląd powinien obejmować?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przez sformułowanie „GRUNTOWNYM przeglądzie” rozumie wykonanie czynności (wymianę części) niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń do czasu kolejnego przeglądu.

Pyt. nr 7. Dotyczy projektu umowy zadanie nr 1.

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 10 ust. 1 lit. a i b poprzez wykreślenie słów: „ i 1 % wartości brutto umowy za każdy następny dzień opóźnienia.” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy § 10 ust. 1 lit. a i b

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk