



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 89 /2016

Bolesławiec, dnia 28 kwietnia 2016r.

### *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ zadanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 3 x 4 cm. co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 3 x 4 cm.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ zadanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 41-79 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 41-79 cm.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ zadanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z jedną dźwignią do regulacji oparcia pleców i segmentu uda? Prosimy o wskazanie jakie przesłanki funkcjonalne powodują, że Zamawiający tak kategorycznie odrzucił takie rozwiązanie konstrukcyjne.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z jedną dźwignią do regulacji oparcia pleców i segmentu uda. Zamawiający informuje, że przy złamaniach kończyn i jednoczesnym uszkodzeniu kręgosłupa regulacja tych dwóch segmentów musi być niezależna.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



**Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ zadanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramami szczytów pokrytymi chromem?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko z ramami szczytów pokrytymi chromem.

**Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ zadanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w materac wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m<sup>3</sup>.

**Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ zadanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne wykonane z płaskowników o wymiarach 2 x 4 cm. zgodnych z normą EN 60601-2-52?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w barierki boczne wykonane z płaskowników o wymiarach 2 x 4 cm. zgodnych z normą EN 60601-2-52.

**Pyt. nr 7. Dotyczy SIWZ zadanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą ortopedyczną montowaną w tuleje szczytów, co jest rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego. Rama obejmuje całe łóżko.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko z ramą ortopedyczną montowaną w tuleje szczytów. Rama obejmuje całe łóżko.

**Pyt. nr 8. Dotyczy SIWZ zadanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą ortopedyczną mocowaną w tulejach za pomocą śrub M10, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność i bezpieczeństwo?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko z ramą ortopedyczną mocowaną w tulejach za pomocą śrub M10.

**Pyt. nr 9. Dotyczy SIWZ zadanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą ortopedyczną o długości 2250 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko z ramą ortopedyczną o długości 2250 mm.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

  
*Adam Zdaniuk*