



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^Q

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/103/2016

Bolesławiec, dnia 12 maja 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych. Znak sprawy: 5/leki/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 18.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenazaglukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKII	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo, po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	15-40 STOPNI
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY	GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA	amperometria
KALIBRACJA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
IŁOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego
Brak automatycznego wyrzutu paska	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania w/w pasków wraz z glukometrem. Zamawiający wymaga pasków wraz z glukometrem, zgodnych z poniższymi parametrami:

- nie wymagają kodowania,
- kalibrowane do osocza,
- kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi umieszczonej na szczycie (czubku paska)
- objętość próbki nie większa niż 0,7µl,
- czas pomiaru nie dłuższy niż 7 sekund,
- zakres pomiaru $\geq 20 \leq 600$ mg/dl,
- zastosowany enzym na paskach oksydaza glukozy (GOD),
- zakres hematokrytu od 20% do 60%,
- paski kompatybilne z aparatem, umożliwiające wyrzut paska,
- paski testowe wpisane na listę refundacyjną,
- temp. Przechowywania min. 4°C do min. 40°C, potwierdzona w instrukcji obsługi pasków,
- próbka do badania: krew kapilarna,
- ważność pasków po otwarciu każdej fiolki minimum 6 miesięcy.

Pyt. nr 2. Dotyczy projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie dla pakietu nr 18, poz. 1, zapisu projektu umowy - dotyczącego terminu dostaw „cito”, z uwagi na fakt, że paski do glukometru nie są produktami dostarczonymi na ratunek?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zapis projektu umowy w § 4 ust. 1b dotyczy produktów, które są klasyfikowane jako „na ratunek”, produkty które nie są tak klasyfikowane, nie będą w tym trybie przez Zamawiającego zamawiane. Mając powyższe na uwadze, nie ma potrzeby dokonywania w w/w paragrafie zmian jego treści, ponieważ produkt wymieniony w zadaniu nr 18 nie jest klasyfikowany jako produkt „na ratunek”.

Pyt. nr 3. Dotyczy projektu umowy.

Czy Zamawiający wyraża zgody na zmianę zapisu § 10 ust. 4 umowy na: „W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru treści umowy w § 10 ust. 4.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk