



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 166 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

### *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o głębokości 645mm? Oferowana głębokość pozwala na przechowywanie dużej ilości leków i materiałów medycznych. Poza tym wymiary wózka są zgodne z rozwiązaniami technicznymi przyjętymi przez producenta, tak by zapewnić funkcjonalność wózków oraz dopasowane są do pozostałych parametrów – szerokości i wysokości.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wózka o głębokości 645mm.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 koła jezdne (w tym 3 z blokadą, 1 antystatyczne) o średnicy 125mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone na planie prostokąta? Jest to rozwiązanie tożsamy z wymaganiem, gwarantujące pełną mobilność i zwrotność wózka.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w 4 koła jezdne (w tym 3 z blokadą, 1 antystatyczne) o średnicy 125mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone na planie prostokąta

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek bez otwieracza ampułek? Z uwagi na fakt, iż otwieracz ampułek jest mało praktyczny i personel praktycznie z niego nie korzysta jest to zbędne wyposażenie.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka bez otwieracza ampułek.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

*Adam Zdaniuk*

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu

