



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 172 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

### *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 700 mm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza wózka o szerokości całkowitej 700 mm

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości leża 600 mm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza wózka o szerokości leża 600 mm.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1900 x 600 mm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza wózka o wymiarach leża 1900 x 600 mm.

#### **Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 765 do 1070 mm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 765 do 1070 mm.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



**Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 600 do 900 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza wózka z regulacją wysokości leża w zakresie od 600 do 900 mm.

**Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych +/- 15°?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych +/- 15°

**Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych +/- 12°?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza wózka z regulacją przechyłów wzdłużnych +/- 12°.

**Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 150 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza wózka z kołami o średnicy 150 mm.

**Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w piąte koło? Jedno z czterech kół jest wyposażone w funkcję jazdy kierunkowej – blokowane do szybkiej jazdy oraz z funkcję łatwego manewrowania łóżkiem podczas pokonywania zakrętów. Zaoferowane rozwiązanie jest tak samo skuteczne jak i wyposażenie łóżka w dodatkowe piąte koło.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek, który nie jest wyposażony w piąte koło, pod warunkiem, że jedno z czterech kół jest wyposażone w funkcję jazdy kierunkowej – blokowane do szybkiej jazdy oraz z funkcję łatwego manewrowania łóżkiem podczas pokonywania zakrętów.

**Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością włożenia kasety z boków łóżka?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością włożenia kasety z boków łóżka zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga od -15° do +15°?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga od -15° do +15°.

**Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kątów co 10°?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kątów co 10°.

**Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania oraz blokowane na 2 różnych wysokościach? Pragniemy dodać, iż barierki boczne z tzw. mechanizmem zegarowym są stosowane wyłącznie w łóżkach z firmy Hill-Rom. Odpowiedź negatywna może spowodować

posądzenie Zamawiającego o nieefektywne zarządzanie pieniędzmi publicznymi w związku z ograniczeniem liczby Oferentów w tym zadaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko, które jest wyposażone w bariery boczne, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania oraz **blokowane na 3 różnych wysokościach. Zamawiający dopuszcza konstrukcję barier bocznych z innym rozwiązaniem niż mechanizm zegarowy, pod warunkiem że bariery nie będą wychodzić poza obrys łóżka nie więcej niż 4cm.**

**Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dopuszczalnym obciążeniem statycznym 500 kg?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza łóżko z dopuszczalnym obciążeniem statycznym 500 kg.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

*Adam Zdaniuk*