



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^Q

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 174 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 8 poz. 26

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do przetargu respirator z trybem Auto Control służącym do odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej poprzez automatyczne przełączanie pomiędzy wentylacją kontrolowaną i wspomaganą w zależności od pracy oddechowej pacjenta. Tryb ten pozwala na automatyczne przechodzenie z wentylacji spontanicznej do wentylacji kontrolowanej przy przekroczeniu ustawionej przez użytkownika minimalnej ilości oddechów wymaganych. Funkcja działa również w drugą stronę, pacjent może zacząć oddychać spontanicznie i automatyczne oddechy kontrolowane przestaną być dostarczane. Funkcja ta pozwala na określenie minimalnej dostarczanej do pacjenta objętości minutowej, jest to idealne zabezpieczenie przy oddechach spontanicznych, gdzie te oddechy są wspomagane w sposób zsynchronizowany w zależności od aktywności oddechowej pacjenta oraz ustawień użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza respiratora z trybem Auto Control służącym do odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej poprzez automatyczne przełączanie pomiędzy wentylacją kontrolowaną i wspomaganą w zależności od pracy oddechowej pacjenta.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 8 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez oddechu spontanicznego wspomaganego objętością VSV?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza respiratora bez oddechu spontanicznego wspomaganego objętością VSV.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 8 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z szczytowym przepływem wdechowym dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 6 do 120 l/min?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza respiratora z szczytowym przepływem wdechowym dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 6 do 120 l/min.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 8 poz. 39

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym procentowo kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż 10 - 80%?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza respiratora z regulowanym procentowo kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż 10 - 80%.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 8 poz. 58, 59

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem objętości minutowej przecieku?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza respiratora z pomiarem objętości minutowej przecieku.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 8 poz. 88

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wydechowym filtrem przeciwbakteryjnym bez pojemnika na skropliny?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza respiratora z wydechowym filtrem przeciwbakteryjnym bez pojemnika na skropliny.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk