



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 175 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z analizą sygnału EKG inną niż HES, ale zgodną z EN 60601-2-51 i z maksymalnym czasem trwania analizy 5 sek.?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu EKG z analizą sygnału EKG inną niż HES, ale zgodną z EN 60601-2-51 i z maksymalnym czasem trwania analizy 5 sek.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 1 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści interfejs komunikacyjny 1x USB i 1x RS232? Ponadto proponowane rozwiązanie umożliwia m.in. komunikację z komputerem, rozbudowę o interfejs komunikacyjny (LAN/WiFi) czy wydruk z zewnętrznej drukarki laserowej.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania interfejsu komunikacyjnego 1x USB i 1x RS232, pod warunkiem że proponowane rozwiązanie umożliwia m.in. komunikację z komputerem, rozbudowę o interfejs komunikacyjny (LAN/WiFi) czy wydruk z zewnętrznej drukarki laserowej.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 1 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z zapisem i odczytem badań z PenDriva w innym standardzie niż EN 1064, przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z zapisem i odczytem badań z PenDriva w innym standardzie niż EN 1064, przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu



**Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 1 poz. 6 Parametry oceniane**

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o bezprzewodową komunikację z komputerem lub telefonem komórkowym – smartfonem (BLUETOOTH lub Wi-Fi)? Przy czym codziennej pracy szpitalnej niezwykle rzadkością jest stosowanie komunikacji ze smartfonem.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że jeżeli zaoferowany aparat będzie posiadał możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z komputerem i telefonem komórkowym – smartfonem (BLUETOOTH lub Wi-Fi), wówczas Wykonawca otrzyma 1 punkt, natomiast gdy zaoferowany aparat tych funkcji nie będzie posiadał, wówczas Wykonawca otrzyma 0 punktów.

**Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 1 poz. 7 Parametry ocenianie**

Czy Zamawiający odstąpi od punktacji parametru „przetwornik A/C 24 bit”? Posiadanie jedynie tej danej nie mówi nic o faktycznej przewodze w codziennej pracy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie odstąpi od punktacji parametru „przetwornik A/C 24 bit”.

**Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 1 poz. 7**

Proszę o wyjaśnienie i podanie informacji jak parametr „przetwornik A/C 24 bit” wpływa na codzienną pracę? Przy czym jeżeli będzie mowa o czasie (szybkości działania): analizy, reakcji aparatu na daną funkcję, czy wydruku proszę o podanie czasu w sekundach.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że parametr „przetwornik A/C 24 bit” powoduje większą rozdzielczość aparatu tj.: dokładniejsze odwzorowywanie przebiegów i mniejsze zakłócenia po stronie analogowej. Ponadto Zamawiający pragnie zaznaczyć, że producent powinien wiedzieć jak przetwornik, wpływa na pracę aparatu EKG. Ponadto Zamawiający pragnie zaznaczyć, że jest to parametr oceniany, a nie krytyczny i w przypadku gdy zaoferowany aparat nie będzie posiadał wymaganego parametru, nie zostaną przyznane mu punkty, a Wykonawca nadal posiada możliwość złożenia skutecznie swojej oferty przetargowej.

**Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 7 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator AED z 5 letnią baterią oraz wskaźnikiem baterii wizualnym i akustycznym? Przy czym pojawienie się ostrzeżenia o niskim stanie baterii umożliwia jeszcze przeprowadzenie defibrylacji.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania defibrylatora AED z 5 letnią baterią oraz wskaźnikiem baterii wizualnym i akustycznym, **pod warunkiem, że po pojawieniu się komunikatu/ostrzeżenia o niskim stanie baterii, możliwe będzie jeszcze przeprowadzenie minimum 6 defibrylacji.**

**Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 7 poz. 16**

Czy Zamawiający wymaga aby zapasowe baterie były dostarczone wraz dostawą defibrylatora?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga aby zapasowe baterie były dostarczone wraz dostawą defibrylatora.

**Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 7 poz. 16**

Czy Zamawiający wymaga aby zapasowe baterie były dostarczone po wystąpieniu alarmu o niskim stanie baterii lub po określonym czasie od dostawy? Przy czym oferowany defibrylator może wykonać 200 defibrylacji, takie rozwiązanie jest dużo bardziej optymalne cenowo i z punktu widzenia zachowania ciągłości pracy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia baterii zapasowych, a jedynie aby użytkownik mógł sam wymienić baterie po zakończeniu okresu używania.

**Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 7 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością wymiany baterii przez użytkownika bez utraty gwarancji poprzez odkręcenie 1 śrubki obudowy? Przy czym narzędzie do odkręcania będzie dostarczone wraz z defibrylatorem, a wymianę baterii może nawet dokonać osoba z bardzo małymi zdolnościami manualnymi. Z reguły wymianę baterii wykonuje personel medyczny lub techniczny szpitala.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza defibrylator z możliwością wymiany baterii przez użytkownika bez utraty gwarancji poprzez odkręcenie 1 śrubki obudowy.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

*Adam Zdaniuk*