



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^(A)*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

ZOZ/NZP / 180 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 10

W kolumnie odnoszącej się parametru opisanego w punkcie 9 nie określono, czy zaoferowanie monitora pacjenta chłodzonego konwekcyjnie (bez użycia wentylatorów) jest wymagane lub nie. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania monitora pacjenta, który jest chłodzony konwekcyjnie (bez użycia wentylatorów)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany monitor pacjenta był chłodzony konwekcyjnie (bez użycia wentylatorów).

Zamawiający dokonuje wpisania w zadaniu nr 10 w poz. nr 9 w kolumnie „Wymagania graniczne TAK/NIE” słowa „TAK”, jednocześnie upoważniając wszystkich uczestników postępowania do naniesienia w/w poprawki.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>

