



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 186 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów posiadający szerokości leża 600 mm? dotyczy pkt. 10 i 11 tabeli SIWZ

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewożenia pacjentów posiadającego szerokość leża 600 mm

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 645 mm – 975 mm? Parametr ten tylko w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka do przewożenia pacjentów z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 645 mm – 975 mm.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów wyposażony w materac piankowy pokryty pokrowcem nieprzemakalnym, odpornym na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjne, jednak bez właściwości antystatycznych?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewożenia pacjentów wyposażonego w materac piankowy pokryty pokrowcem nieprzemakalnym, odpornym na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjne, bez właściwości antystatycznych.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



**Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 3 Parametry oceniane**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z bezpiecznym obciążeniem 230 kg?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewożenia pacjentów z bezpiecznym obciążeniem 230 kg

**Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów wyposażony w barierki ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka do przewożenia pacjentów wyposażonego w barierki ze stali nierdzewnej.

**Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 3 Parametry oceniane**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów wyposażony w barierki zabezpieczające pacjenta  $\frac{3}{4}$  długości leża?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wózek wyposażony będzie w metalowe, chromowane barierki, zabezpieczające leże na całej długości bez przestrzeni martwych w okolicach szczytu głowy i nóg, składane - opuszczane pod leże, nie poszerzające wózka po złożeniu, wówczas Wykonawca otrzyma 5 punktów, w przypadku zaoferowania innego rozwiązania, wówczas Wykonawca otrzyma 0 punktów.

**Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 3 Parametry oceniane**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów wyposażony w barierki składane na ramę leża? nie poszerzające wózka po złożeniu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wózek wyposażony będzie w metalowe, chromowane barierki, zabezpieczające leże na całej długości bez przestrzeni martwych w okolicach szczytu głowy i nóg, składane - opuszczane pod leże, nie poszerzające wózka po złożeniu, wówczas Wykonawca otrzyma 5 punktów, w przypadku zaoferowania innego rozwiązania, wówczas Wykonawca otrzyma 0 punktów.

**Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 3 Parametry oceniane**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów, konstrukcja kolumnowa ze stali lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy konstrukcja kolumnowa będzie ze stali galwanizowanej, wówczas Wykonawca otrzyma 5 pkt, w przypadku zaoferowania innego rozwiązania, wówczas Wykonawca otrzyma 0 punktów.

**Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 3 Parametry oceniane**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów, konstrukcja kolumnowa, kolumny z osłoną w postaci gumowych harmonijkowych osłon?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy konstrukcja kolumnowa będzie ze stali galwanizowanej, wówczas Wykonawca otrzyma 5 pkt, w przypadku zaoferowania innego rozwiązania, wówczas Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

  
**Adam Zdaniuk**