



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 187 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 9 poz. 52

Prosimy o dopuszczenie materaca wyposażonego w 22 komory lub 17 komór z podkładem piankowym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza materaca wyposażonego w 22 komory i/lub w 17 komór z podkładem piankowym.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 9 poz. 54

Prosimy o dopuszczenie materaca z trybem transportowym na min. 8h

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza materaca z trybem transportowym na min. 8h

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 9 poz. 57

Prosimy o dopuszczenie pompy w pełni automatycznej, która sama dostosowuje poziom ciśnienia do wagi i pozycji pacjenta oraz dodatkowo umożliwia dostrojenie poziomu komfortu do potrzeb indywidualnego pacjenta

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza pompy w pełni automatycznej, która sama dostosowuje poziom ciśnienia do wagi i pozycji pacjenta oraz dodatkowo umożliwia dostrojenie poziomu komfortu do potrzeb indywidualnego pacjenta.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 9 poz. 62

Prosimy o odstąpienie od wymogu przezierności RTG

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu przezierności RTG.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 9 poz. 63

Prosimy o odstąpienie od wymogu alarmu serwisowego

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu alarmu serwisowego.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 9 poz. 65

Prosimy o odstąpienie od kontrolki serwisowej i nadmiernego wypełnienia powietrzem

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od kontrolki serwisowej i nadmiernego wypełnienia powietrzem.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 9 poz. 66

Prosimy o odstąpienie od wymogu w przypadku pompy automatycznej i dodatkowo trybu pielęgnacyjnego umożliwiającego utwardzenie materaca przed wstaniem

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu (w przypadku pompy automatycznej) dodatkowego trybu pielęgnacyjnego umożliwiającego utwardzenie materaca przed wstaniem.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk