



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 256 /2016

Bolesławiec, dnia 28 lipca 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych. Znak sprawy: 10/opatrunki i rękawice/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie gazika w rozmiarze 10 cm x 16 cm (po rozłożeniu). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gazika w rozmiarze 10 cm x 16 cm (po rozłożeniu), przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazik pakowany po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym. Zamiast 160 op. po 100 szt. proponujemy 320 op. po 50 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gazika pakowanego po 50 szt., pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości. W przypadku gdy zaokrąglona ilość wyjdzie po przecinku, należy zawsze zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opaski w rozmiarze 2,7 m x 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opaski w rozmiarze 2,7 m x 7,5 cm, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opaski w rozmiarze 2,7 m x 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opaski w rozmiarze 2,7 m x 10 cm, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 6 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opaski w rozmiarze 2,7 m x 15 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opaski w rozmiarze 2,7 m x 15 cm, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 14 poz. 1-2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-2 z zadania nr 14.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 14 poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9 cm x 11 cm, klasa IIa sterylna, opakowanie papier-papier, bez dodatkowego opakowania foliowego zawartości kartonika zbiorczego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozmiarze 9 cm x 11 cm, klasa IIa sterylna, opakowanie papier-papier, bez dodatkowego opakowania foliowego zawartości kartonika zbiorczego.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 14 poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7 cm x 9 cm, klasa IIa sterylna, opakowanie papier-papier, pakowane po 100 szt., bez dodatkowego opakowania foliowego zawartości kartonika zbiorczego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozmiarze 7 cm x 9 cm, klasa IIa sterylna, opakowanie papier-papier, pakowane po 100 szt., bez dodatkowego opakowania foliowego zawartości kartonika zbiorczego.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 14 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 z zadania nr 14.

Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 14 poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku gdzie dodatkowa warstwa chłonna ma rozmiar 2 cm x 2 cm. Opatrunek pakowany indywidualnie w torebkę papier-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza opatrunku gdzie dodatkowa warstwa chłonna ma rozmiar 2 cm x 2 cm. Opatrunek pakowany indywidualnie w torebkę papier-papier.

Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 14 poz. 4-5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4-5 z zadania nr 14.

Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 14 poz. 4, 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych indywidualnie w torebkę papier-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza opatrunków pakowanych indywidualnie w torebkę papier-papier.

Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 14 poz. 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10cm x 10cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunków w rozmiarze 10cm x 10cm, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ

Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza jałowy opatrunek do mocowania kaniul, poliuretanowy, rozmiar 6cm x 8 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jałowego opatrunku do mocowania kaniul, poliuretanowego, rozmiar 6cm x 8cm.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk