



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 257 /2016

Bolesławiec, dnia 28 lipca 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych. Znak sprawy: 10/opatrunki i rękawice/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 2 poz. 1- 3

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 10 m w stanie swobodnym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 10 m w stanie swobodnym przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu papierowym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza gazy w opakowaniu papierowym.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 4 poz. 4- 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązane nitką, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza kompresów przewiązanych nitką.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy z nitką RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania kompresów z nitką RTG, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy a'10 sztuk w opakowaniu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza kompresów a'10 sztuk w opakowaniu.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 4 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę z nitką RTG pakowaną w torebkę papierowo – foliową, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza serwetę z nitką RTG pakowaną w torebkę papierowo – foliową.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 4 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę z tasiemką w kolorze białym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza serwetę z tasiemką w kolorze białym.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 7 poz. 1- 4

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci. Zamawiający nie wymaga załączenia tego dokumentu do oferty.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 7 poz. 1- 4

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka. Zamawiający nie wymaga załączenia tego dokumentu do oferty.

Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 7 poz. 6- 7

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków.

Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 7 poz. 7

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy wymaga zaoferowania pieluchomajtek o chłonności 2500ml czy 3200ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga pieluchomajtek o chłonności 3200ml.

Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice AQL 1,5, poziom protein poniżej 50µg/m, długość mankietu 260mm -290mm w zależności od rozmiaru, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic AQL 1,5, poziom protein poniżej 50µg/m, długość mankietu 260mm - 290mm w zależności od rozmiaru, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 21 poz. 1- 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów podgipsowych syntetycznych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania podkładów podgipsowych syntetycznych.

Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra w rozmiarze 8x5,8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania plastra w rozmiarze 8x5,8 cm.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk