



*Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu <sup>(A)</sup>*

*Sekcja Zamówień Publicznych  
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

ZOZ/NZP / 282 /2016

Bolesławiec, dnia 23 sierpnia 2016r.

*Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy materiałów szewnych. Znak sprawy: 11/nici chirurgiczne/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

**Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 pozycja 6 dopuści szew z igłą o długości 19mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w zadaniu nr 3 pozycja 6 nie dopuszcza szwu z igłą o długości 19mm.

**Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 4 poz. 1, 2, 3, 6**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja 1, 2, 3, 6 dopuści szew z igłą o długości 25 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja 1, 2, 3, 6 dopuszcza możliwość zaferowania szwu z igłą o długości 25 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

**Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 4 poz. 2-9**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja 2-9 dopuści szew o długości nici 90 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja 2-9 nie dopuszcza szwu o długości nici 90 cm.

**Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 4 poz. 8, 9**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja 8, 9 dopuści szew z igłą o długości 35 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja 8, 9 dopuszcza możliwość zaferowania szwu z igłą o długości 35 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

**Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 pozycja 1 dopuści siatkę przepuklinową w rozmiarze 10.1cm x 15.1cm o wielkości porów 1.5mm x 1.5mm? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu



**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w zadaniu nr 9 pozycja 1 dopuszcza możliwość zaoferowania siatki przepuklinowej w rozmiarze 10.1cm x 15.1cm o wielkości porów 1.5mm x 1.5mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

**Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 pozycja 2 dopuści siatkę przepuklinową o wielkości porów 1.5 x 1.5mm? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w zadaniu nr 9 pozycja 2 dopuszcza możliwość zaoferowania siatki przepuklinowej o wielkości porów 1.5 x 1.5mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

**Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 9 poz. 3**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 pozycja 3 dopuści siatkę przepuklinową o wielkości porów 1.1 x 1.2mm? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w zadaniu nr 9 pozycja 3 dopuszcza możliwość zaoferowania siatki przepuklinowej o wielkości porów 1.1 x 1.2mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

**Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 pozycja 1 dopuści siatkę w rozmiarze 9x13cm o grubości 0,33mm? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w zadaniu nr 10 pozycja 1 nie dopuszcza siatki w rozmiarze 9x13cm o grubości 0,33mm.

**Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 10 poz. 2**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 pozycja 2 dopuści siatkę o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> oraz wielkości porów 1.5 x 1.5mm? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w zadaniu nr 10 pozycja 2 dopuszcza możliwość zaoferowania siatki o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> oraz wielkości porów 1.5 x 1.5mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

**Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 10 poz. 3**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 pozycja 3 dopuści siatkę wewnątrztrzewnową – kompozyt 100% polipropylenu prasowanego termicznie, jednostronnie pokryty silikonem. Siatka nieprzylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjna o gramaturze w przedziale wagowym 350 – 406 g/m<sup>2</sup> w zależności od wielkości oferowanej siatki oraz o grubości kształtującej się w przedziale 0,59 – 0,97 mm w zależności od wielkości siatki? Prosimy o dopuszczenie w/w siatki w rozmiarze 30 x 30cm lub 20 x 30cm.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w zadaniu nr 10 pozycja 3 nie dopuszcza siatki o parametrach wyżej opisanych.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

  
Adam Zdaniuk