



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 283 /2016

Bolesławiec, dnia 23 sierpnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy materiałów szewnych. Znak sprawy: 11/nici chirurgiczne/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 11 poz. 1, 2

Wnosimy o doprecyzowanie, czy w poz. 1 i 2 należy zaoferować klipsy pakowane w zasobniki wyposażone w taśmę samoprzylepną ułatwiająca pobranie klipsów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby zaoferowane klipsy były pakowane w zasobniki wyposażone w taśmę samoprzylepną ułatwiająca pobieranie klipsów.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 11 poz. 1, 2

Klipsy tytanowe zaliczane są do implantów medycznych i ich zużycie podlega szczegółowej ewidencji w kartotece pacjenta ze względu na ewentualność późniejszych badań w rezonansie magnetycznym. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów, w których do każdego zasobnika dołączona jest samoprzylepna naklejka do kartoteki pacjenta określająca co najmniej nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips, nr katalogowy, numer serii i datę ważności?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów w których do każdego zasobnika dołączona jest samoprzylepna naklejka do kartoteki pacjenta określająca co najmniej nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips, nr katalogowy, numer serii i datę ważności.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 12 poz. 1

Wnosimy o doprecyzowanie, czy w poz. 1 należy zaoferować klipsy pakowane w zasobniki wyposażone w taśmę samoprzylepną ułatwiająca pobranie klipsów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby zaoferowane klipsy były pakowane w zasobniki wyposażone w taśmę samoprzylepną ułatwiająca pobieranie klipsów.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 4 poz. 8, 9

Klipsy naczyniowe polimerowe zaliczane są do implantów medycznych i ich zużycie podlega szczegółowej ewidencji w kartotece pacjenta ze względu na ewentualność późniejszych badań w rezonansie magnetycznym. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów, w których do każdego zasobnika dołączona jest samoprzylepna naklejka do kartoteki pacjenta określająca co najmniej nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips, nr katalogowy, numer serii i datę ważności?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów, w których do każdego zasobnika dołączona jest samoprzylepna naklejka do kartoteki pacjenta określająca co najmniej nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips, nr katalogowy, numer serii i datę ważności.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 11, 12

Czy podane w kolumnie 4 ilości oznaczają ilość sztuk klipsów, czy też ilość sztuk zasobników z klipsami?

Odpowiedź Zamawiającego

Podane przez Zamawiającego w Formularzu cenowym w zadaniu nr 11 i 12 w kolumnie nr 4 ilości, oznaczają ilości sztuk klipsów.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk