



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 288 /2016

Bolesławiec, dnia 23 sierpnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy materiałów szwennych. Znak sprawy: 11/nici chirurgiczne/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 1, pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem o długości 70cm i igłą 48mm ½ koła okrągłą niewzmocnioną o grubości szwu 1

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu o długości 70cm i igłą 48mm ½ koła okrągłą niewzmocnioną o grubości szwu 1

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 1, pozycja 12

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem 70cm z igłą 48mm ½ koła okrągłą niewzmocnioną o grubości szwu 2?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu 70cm z igłą 48mm ½ koła okrągłą niewzmocnioną o grubości szwu 2.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 1, pozycja 13

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem 70cm z igłą 60mm ½ koła okrągłą niewzmocnioną o grubości szwu 2?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu 70cm z igłą 60mm ½ koła okrągłą niewzmocnioną o grubości szwu 2.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 1, pozycja 14

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem o długości 70cm z igłą 76mm ½ koła okrągłą niewzmocnioną o grubości szwu 2?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu o długości 70cm z igłą 76mm ½ koła okrągłą niewzmocnioną o grubości szwu 2.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 1, pozycja 15

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem o długości 90cm z igłą 65mm ½ koła okrągłą niewzmocnioną o grubości szwu 1.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu o długości 90cm z igłą 65mm ½ koła okrągłą niewzmocnioną o grubości szwu 1.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 szew syntetyczny wchłaniający z kopolimeru glikolidu i l-laktydu o średnim okresie podtrzymywania tkanki i wchłaniania powleczony 50% kopolimer glikolidu i poli l-laktydu i 50% stearynianu wapnia o podtrzymaniu brzegów rany do 28 dni?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu syntetycznego wchłanianego z kopolimeru glikolidu i l-laktydu o średnim okresie podtrzymywania tkanki i wchłaniania powleczony 50% kopolimer glikolidu i poli l-laktydu i 50% stearynianu wapnia o podtrzymaniu brzegów rany do 28 dni.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 3, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem o długości 90cm z igłą 37mm ½ koła okrągłą o grubości szwu 0?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szwu o długości 90cm z igłą 37mm ½ koła okrągłą o grubości szwu 0.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 3, pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem o długości 90cm z igłą 37mm ½ koła okrągłą o grubości szwu 1?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szwu o długości 90cm z igłą 37mm ½ koła okrągłą o grubości szwu 1.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 3, pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem o długości 90cm z igłą 40mm ½ koła okrągłą wzmocnioną o grubości szwu 2?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szwu o długości 90cm z igłą 40mm ½ koła okrągłą wzmocnioną o grubości szwu 2.

Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 3, pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem o długości 70cm z igłą 24mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o grubości szwu 2/0?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szwu o długości 70cm z igłą 24mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o grubości szwu 2/0.

Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem o długości 90cm z igłą 35mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o grubości szwu 3/0?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szwu o długości 90cm z igłą 35mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o grubości szwu 3/0.

Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający wymaga aby nici były pakowane w podwójnie sterylne saszetki; 1 opakowanie typu folia – papier, 2 opakowanie saszetka aluminiowa z wyraźnie zaznaczonym miejscem jej otwarcia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga aby nici były pakowane w podwójne sterylne saszetki; 1 opakowanie typu folia – papier, 2 opakowanie saszetka aluminiowa wyraźnie zaznaczonym miejscu jej otwarcia.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk